

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Республиканского унитарного
предприятия «Белорусский
государственный институт метрологии»

В.Л. Гуревич

«31» 08 2018



СЕКUNДОМЕРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ «ИНТЕГРАЛ С-01»	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № РБ 03 15 1655 15
--	---

Выпускают по ТУ РБ 100231303.011-2002.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Секундомер электронный «Интеграл С-01» (далее – секундомер) предназначен для измерения длительностей интервалов времени и воспроизведения двадцати четырех часовой шкалы времени.

Область применения – научная и производственная деятельность, спорт.

ОПИСАНИЕ

Секундомер электронный «Интеграл С-01» - электронный прибор с автономным источником питания и жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ).

Принцип работы секундомера электронного основан на использовании кварцевого генератора и микропроцессора, обеспечивающего работу во всех режимах и вывод измерительной информации на ЖКИ.

Секундомер электронный «Интеграл С-01» обеспечивает работу в двух режимах – «секундомер» и «часы».

В режиме «секундомер» возможно измерение интервалов времени в диапазоне от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с с дискретностью отсчета 0,01 с, занесение результатов измерения в память (число измерений не менее 10), считывание и стирание результатов измерений.

В режиме «часы» возможно воспроизведение двадцати четырех часовой шкалы времени в часах, минутах и секундах.

Внешний вид секундомера представлен на рисунке 1.






Рисунок 1 – Внешний вид секундомера

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение
Номинальное значение частоты кварцевого генератора, Гц	32768,0
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения в режиме секундомера в нормальных условиях эксплуатации (25 ± 5) °С, с где T_x – значение измеренного интервала времени, с	$\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения в режиме секундомера, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (25 ± 5) °С в интервале рабочих температур от минус 10 °С до 50 °С на 1 °С изменения температуры, с	$-2,2 \cdot 10^{-6} \cdot T_x$
Суточный ход часов при температуре (25 ± 5) °С, с/сут	$\pm 1,0$
Суточный ход часов при температуре (23 ± 2) °С, с/сут	$\pm 0,5$
Суточный ход часов в интервале рабочих температур от 1 °С до 45 °С, за исключением температурного интервала (25 ± 5) °С, с/сут	$\pm 2,5$
Восстановление суточного хода, с/сут	$\pm 0,5$
Оценочное число, не более	1,6
Ток потребления при напряжении питания 1,5 В или 3,0 В, мкА, не более	4,0
Габаритные размеры, мм, не более	77×58×18
Масса, г, не более	50
Условия эксплуатации в режиме секундомера: - температура окружающей среды, °С	от минус 10 до 50
Условия эксплуатации в режиме часов: - температура окружающей среды, °С	от 1 до 45
Условия транспортирования: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность	от минус 10 до плюс 50 не менее 98 % при 35 °С

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевую поверхность секундомера и типографским способом в эксплуатационную документацию.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- секундомер электронный «Интеграл С-01» - 1 шт.;
- элемент питания типа L1142 или другой аналогичный (в составе изделия) – 1 шт.;
- паспорт – 1 экз.;
- разъем (розетка) для подключения электрических цепей управления – 1 шт.;
- методика поверки МП. МН 1177-2002 (поставляется по требованию заказчика);
- свидетельство о поверке;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 23350-98 «Часы наручные карманные и электронные. Общие технические условия».

ТУ РБ 100231303.011-2002 «Секундомер электронный «Интеграл С-01».

МП.МН 1177-2002 Секундомеры электронные «ИНТЕГРАЛ С-01». Методика поверки.

ГОСТ 12.2.091-2002 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования».

СТБ ГОСТ Р 51522-2001 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Секундомеры электронные «ИНТЕГРАЛ С-01» соответствуют требованиям ТУ РБ 100231303.011-2002, ГОСТ 23350-98, ГОСТ 12.2.091-2002, СТБ ГОСТ Р 51522-2001.

Соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (регистрационный номер декларации о соответствии ТС ВУ/112 11.01. ТР020 003 14184, декларация о соответствии действительна до 30.09.2020).

Межповерочный интервал не более 12 месяцев (для секундомеров, предназначенных для применения либо применяемых в сфере законодательной метрологии).

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ
г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел.: (+375 17) 334-98-13.

Аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025 (действителен до 30.03.2019).

Изготовитель секундомеров:

ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
Республика Беларусь, 220108, г. Минск, ул. Казинца И.П., д. 121А, к. 327

Начальник научно-исследовательского
центра испытаний средств измерений и техники _____

Генеральный директор ОАО «ИНТЕГРАЛ»-
управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» _____

Д.М. Каминский
2018

В.А. Солодуха
2018

Лист 3 Листов 4

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)



место нанесения знака поверки (клеймо-
наклейка)

Рисунок А.1 – Место нанесения знака поверки (клеймо-наклейка) на секундомер

