



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER: 8390

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL: 13 апреля 2015 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения
Научно-технической комиссии по метрологии (№ 02-13 от 28.02.2013)
утвержден тип средств измерений

"Стаканы мерные",

изготовитель - ПАО "Стеклоприбор", г. Червонозаводское
Полтавской обл., Украина (UA),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений
под номером **РБ 03 07 2166 13** и допущен к применению в Республике
Беларусь с 28 февраля 2013 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и
является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета

С. А. Ивлев
С. А. Ивлев

28 февраля 2013 г.

НТК по метрологии Госстандарта


№ 02-2013

28 ФЕВ 2013

АНнулиРОВАН

секретарь НТК

Мисел



Описание типа стаканов мерных для Государственного реестра
средств измерительной техники

КОПИЯ



СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ГП «Полтавастандартметрологія»

A. V. Mironova А.В. Миронова

Подлежит публикации
в открытой печати

СТАКАНЫ МЕРНЫЕ	Внесено в Государственный реестр средств измерительной техники Регистрационный номер № <u>У775-10</u> Взамен № <u>У775-07</u>
-----------------------	--

Выпускаются по техническим условиям ТУ У 14307481.016-96.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стаканы мерные предназначены для отмеривания объемов алкогольных напитков при их розливе.

Используются на предприятиях, которые проводят реализацию алкогольных напитков на розлив.

ОПИСАНИЕ

Стакан представляет собой мерную стеклянную посуду и изготовлен из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость, мл	Дополнительные отметки вместимости, мл	Пределы допускаемой погрешности при температуре 20°C, (мл)	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
100	-	± 4	50 x 110	0,082
	25	± 2		
	50	± 3		
	75	± 4		
150	-	± 4	54 x 120	0,101
	50	± 3		
	100	± 4		
200	-	± 5	56 x 135	0,117
	150	± 4		
500	-	± 10	72 x 165	0,180
	250	± 6		

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на стакан методом маркировки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- стакан мерный - 1 шт.;
- паспорт - 1 экз.

ПОВЕРКА ИЛИ КАЛИБРОВКА

Поверка или калибровка стаканов осуществляется по Методике поверки производителя АКГ. 001.МП.

Стаканы поверяют при выпуске из производства.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ У 14307481.016-96 «Стакан мерный».

ВЫВОДЫ

Стаканы мерные соответствуют требованиям Технических условий ТУ У 14307481.016-96.

Производитель: ПАО «Стеклоприбор», ул.Червоноармейская, 18,
г.Червонозаводское, Полтавская область, Украина, 37240.

Председатель правления
ПАО «Стеклоприбор»



Р.Г. Мазманян

