

СОГЛАСОВАНО

Заместитель

Заместитель генерального директора

«Брянский ЦСМ»

А.Б.ПОША

2008 г.



ПИПЕТКИ ПРЯМЫЕ
СТЕКЛЯННЫЕ (ТИПА САЛИ)
ППС-01-20

Внесены в Государственный реестр
средств измерений

Регистрационный № 25281-08

Взамен № 25281-03

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4321-006-52876351-2003
"Пипетка прямая стеклянная (типа Сали) ППС-01-20".

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пипетки предназначены для измерения фиксированных объемов жидкостей при проведении анализов в химико-бактериологических лабораториях.

ОПИСАНИЕ

Пипетка представляет собой стеклянную трубку, сливной кончик которой имеет усеченную шлифованную коническую поверхность. На пипетке нанесена градуировочная отметка, соответствующая объему жидкости 20 мкл, в виде равномерной линии, полностью опоясывающей трубку и находящейся в плоскости, перпендикулярной оси пипетки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость, мкл	20
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкл	$\pm 0,3$
Габаритные размеры пипетки, мм:	
- длина	150 \pm 2
- внешний диаметр	5 \pm 1
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	от 10 до 35
- относительная влажность при 25°С, не более, %	80

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на пипетку методом вжигания и на этикетку методом печати.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Пипетка ППС-01-20	МИДП. 725235.001	1000
Этикетка	МИДП. 725235.001 ЭТ	1
Коробка	МИДП. 321312.006	1
Методика поверки	МИДП. 725235.001 МП	1

ПОВЕРКА

Поверку проводят по Методике поверки МИДП. 725235.001 МП, согласованной ФГУ "Брянский ЦСМ" в мае 2003 г.

При проведении поверки применяют следующие средства:

- линейка 0-300 мм, ЦД - 0,1 мм, ГОСТ 427-75;
- штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05, ГОСТ 166-89
- лупа измерительная ЛИ-3-10^x, ГОСТ 25706-83;
- весы ВЛР-20 г., ЦД - 0,1 мг, ТУ 25.06.1315-80
- термометр 0-55°С, ЦД-0,5°С, ТУ 25.11.663-76

Поверка - Подлежат первичной поверке при выпуске из производства.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4321-006-52876351-2003 "Пипетка прямая стеклянная (типа Сали) ППС-01-20".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип – Пипетка прямая стеклянная (типа Сали) ППС-01-20 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, включен в действующую государственную поверочную схему и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: ООО "МиниМедПром"

242600, г. Дятьково Брянской обл.,
ул. Ленина, д. 182, корп. 5,
тел. (48333) 3-44-05
тел./факс (48333) 3-27-02.



Юлия Верто
Зиниц



Ю.В. АХРАМЕЕВ

