



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENT



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER: 2739

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL: 17 августа 2004 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения НТК по метрологии (протокол № 02-2004 от 26 февраля 2004 г.) утвержден тип

**колбы наливные 2-го класса точности исполнения 4,
ОАО "Стеклоприбор", г. Червонозаводское, Украина (UA),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 07 2165 04** и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель Комитета



В.Н. Корешков
26 февраля 2004 г.

Продлен до "21" июня 2007 г.

Председатель Комитета



В.Н. Корешков
"27" января 2005 г.

РМ 01-05 от 27.01.2005
Сулешов

РМ 02-04 от 26.02.04
Сулешов



Подлежат публикации в
открытой печати

СОГЛАСОВАНО
Директор Полтавского
ГЦМС
Лазебна
Е.А. Лазебна

Колбы наливные 2-го класса точности исполнения 4	Внесены в Государственный реестр средств измерительной техники, допущенной к использованию в Украине. Реестрационный номер У 778-97
--	--

Выпускаются за ГОСТ 1770-74

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изготавливаются для потребностей народного хозяйства.
Используются в лабораториях всех отраслей народного хозяйства.

ОПИСАНИЕ

Колба являет собой стеклянную посуду. Изготавливается из химико-лабораторного стекла ХС2 и ХС3 за ГОСТ 21400-75.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость мл	Габаритные размеры		Внутренний диаметр горловины	Толщина стенки	Допустимые отклонения мл
	высота	диаметр			
50 ; 55	185	50	от 10 до 12	0.8	+0.12
100 ; 110	235	60	от 12 до 14	0.8	+0.20
200 ; 220	265	75	от 14 до 17	0.9	+0.30

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на колбу способом штампеливания.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Колба, сопроводительная документация (1 экз. на ящик) .

ПОВЕРКА


При выпуске из производства подлежат Государственной поверке по ГОСТ 8.234-77 "Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки. Для поверки используют образцовые пипетки 1-го разряда.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 1770-74 "Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия".

ВЫВОД

Колбы, исп. 4 соответствуют требованиям ГОСТ 1770-74.
Изготовитель АО "Стеклоприбор", г. Червонозаводское.



Генеральный директор

О.В. Коваленко