

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
для Государственного реестра средств измерений

Утверждаю

Директор БелГИМ,

Н.А. Жагора



Комплексы диагностические универсальные FSA	Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь Регистрационный № <u>Б03192444 14</u>
--	---

Выпускают по технической документации фирмы "Robert Bosch GmbH", Германия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплексы диагностические универсальные FSA предназначены для измерения, диагностирования и проверки параметров двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и их систем зажигания

Комплексы диагностические универсальные FSA используются на автотранспортных предприятиях, станциях технического обслуживания, автомобильных заводах и диагностических центрах.

ОПИСАНИЕ

Фирма "Robert Bosch GmbH" выпускает следующие исполнения комплексов диагностических универсальных: FSA 500, FSA 720, FSA 740, FSA 760. Конструктивно комплексы диагностические универсальные FSA построены по модульному принципу и содержат собой измерительный МТ-модуль с держателем для подключения измерительных датчиков и зажимов, персональный компьютер, монитор с жидкокристаллическим дисплеем или дисплей с разрешением 800x600 точек, имеющий 256 цветов и более, принтер, клавиатуру, а также передвижную стойку или подставку.

Принцип работы комплексов диагностических универсальных FSA заключается в измерении электрических параметров на автомобиле с включенным двигателем, работающем в режимах, задаваемых рабочей программой и оператором.

Входные сигналы передаются на измерительные датчики, которые вырабатывают электрические сигналы, пропорциональные измеряемым величинам. Сигналы с датчиков через измерительный модуль передаются на системный модуль, обрабатываются процессором, результаты измерений и осциллограммы выводятся на дисплей, а также могут быть распечатаны на принтере в наглядной и удобной для клиента форме в формате DIN A4. Функционирование универсальных диагностических комплексов обеспечивается лицензионным программным пакетом «CompacSoft [plus]», являющимся собственностью фирмы "Robert Bosch GmbH".

Комплекс диагностический универсальный FSA 500 представляет собой измерительный модуль FSA и, в сочетании с персональным компьютером или ноутбуком, образует переносной мобильный мотортестер для проведения измерений и диагностики электрической и электронной системы автомобиля. FSA 500 применяется для диагностики транспортных средств с электрическим зажиганием Winkel.

Используемый персональный компьютер или ноутбук должен отвечать следующим требованиям:

- CPU Intel / AMD Dual-Core 1.1 ГГц или выше;



- RAM 1 GB;
- выход DVD;
- минимум 5 GB свободного места на жестком диске;
- операционная система Win XP, Win Vista или Win 7 и, по крайней мере, один свободный выход USB для Bluetooth USB адаптера или кабеля USB.

Комплекс диагностический универсальный FSA 500 является идеальным дополнением для приборов диагностических переносных KTS 5xx.

Комплекс диагностический универсальный FSA 720 включает измерительный модуль FSA и, в сочетании с персональным компьютером, образует полноценный мотортестер. Используемый персональный компьютер должен отвечать следующим требованиям: процессор Pentium IV/1,3 ГГц и более; RAM не менее 256 Мб; DVD - дисковод, интерфейсы: 1 параллельный, 2 последовательных; 2 или 4 USB порта; PS/2 разъем для подключения дистанционного управления. Управление осуществляется при помощи клавиатуры.

Комплекс диагностический универсальный FSA 740 является самостоятельным прибором на базе измерительного модуля FSA и персонального компьютера. Управление осуществляется при помощи клавиатуры.

Комплекс диагностический универсальный FSA 760 является самостоятельным прибором на базе измерительного модуля FSA и персонального компьютера с 19 – дюймовым ЖК-монитором и сенсорным экраном. Управление осуществляется как при помощи клавиатуры, так и непосредственно с экрана. В комплексе диагностическом универсальном FSA 760 увеличена оперативная память до 2 Гб. Данные усовершенствования позволили ускорить поиск причин неисправностей в двигателях автомобилей и скорость передачи информации, и отображения ее на мониторе и позволило сделать работу на комплексах более быстрой и комфортной.

Дополнительно в передвижной стойке могут быть размещены прибор диагностический переносной KTS, газоанализатор и дымомер, что позволяет повысить эффективность поиска неисправностей за счет всестороннего анализа функционирования систем автомобиля.

Внешний вид комплексов диагностических универсальных FSA представлен на рисунке 1



Рисунок 1

Схема с указанием мест нанесения знака поверки (клейма-наклейки) приведена в приложении к описанию типа.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические и метрологические характеристики комплексов диагностических универсальных FSA приведены в таблице.

Таблица

Исполнения	FSA 500	FSA 720	FSA 740	FSA 760
1	2	3	4	5
Диапазон измерений напряжения постоянного тока на клеммах аккумуляторной батареи, В	От 0 до 60	От 0 до 72	От 0 до 72	От 0 до 72
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений напряжения постоянного тока на клеммах аккумуляторной батареи, %	±2,0	±2,0	±2,0	±2,0
Диапазон измерений напряжения постоянного тока (вход мультиметра), В	От 0 до 60	От 0 до 200	От 0 до 200	От 0 до 200
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений напряжения постоянного тока (вход мультиметра), % От 0 до 100 включ. свыше 100 до 200 включ.	±2,0 (диапазон от 0 до 60) -	±2,0 ±1,5	±2,0 ±1,5	±2,0 ±1,5
Диапазон измерений силы постоянного тока, А	От 0 до 1000	От 0 до 1000	От 0 до 1000	От 0 до 1000
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений силы постоянного тока, % От 0 до 100 включ. свыше 100 до 1000 включ.	±3,0 ±5,0	±3,0 ±5,0	±3,0 ±5,0	±3,0 ±5,0
Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом	От 0 до 999 кОм	От 0 до 1×10^6	От 0 до 1×10^6	От 0 до 1×10^6
Пределы допускаемой погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току, % От 0,00 Ом до 100 кОм включ. свыше 100 кОм до 1,00 МОм включ. От 0,00 Ом до 1000 Ом включ. свыше 1 кОм до 10 кОм включ. свыше 10 кОм до 999 кОм	- - ±(0,75%R _x +0,25%R _v) ±(2,00%R _x +0,25%R _v) ±(0,75%R _x +0,25%R _v) ±(2,00%R _x +0,25%R _v)	±(0,75%R _x +0,25%R _v) ±(2,00%R _x +0,25%R _v) -	±(0,75%R _x +0,25%R _v) ±(2,00%R _x +0,25%R _v) -	±(0,75%R _x +0,25%R _v) ±(2,00%R _x +0,25%R _v) -
Диапазон измерений частоты вращения коленчатого вала, мин ⁻¹	От 100 до 12000	От 120 до 12000	От 120 до 12000	Госстандарт Республики Беларусь Государственный реестр средств измерений Для документов БелГУМ От 100 до 12000



продолжение таблицы

1	2	3	4	5
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты вращения коленчатого вала, мин ⁻¹	±10	±10	±10	±10
Диапазон измерений угла замкнутого состояния контактов прерывателя, град, (%)	(От 0 до 100)%	От 0 до 90	От 0 до 90	От 0 до 90
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла замкнутого состояния контактов прерывателя, град, (%)	±(1,0)%	±0,5	±0,5	±0,5
Диапазон измерений угла опережения зажигания, град	-	От 0 до 60	От 0 до 60	От 0 до 60
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла опережения зажигания, град.	-	±0,6	±0,6	±0,6
Диапазон измерений амплитуды импульсного электрического напряжения, кВ	От 0,0 до 50,0	От 0,0 до 50,0	От 0,0 до 50,0	От 0,0 до 50,0
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений амплитуды импульсного электрического напряжения, % от 0,0 до 10,0 кВ включ. свыше 10,0 до 25,0 кВ включ. свыше 25,0 до 50,0 кВ включ.	±15,0 ±10,0 ±10,0	±15,0 ±10,0 ±10,0	±15,0 ±10,0 ±10,0	±15,0 ±10,0 ±10,0
Диапазон показаний давления воздуха, кПа	От минус 800 до 1500	От минус 800 до 2500	От минус 800 до 2500	От минус 800 до 2500
Диапазон показаний температуры масла, °С	От минус 20 до 150	От минус 20 до 150	От минус 20 до 150	От минус 20 до 150
Диапазон показаний температуры воздуха, °С	От минус 20 до 100	От минус 20 до 100	От минус 20 до 100	От минус 20 до 100
Параметры электропитания	Источник напряжения постоянного тока 19 В и (или) внешний сетевой адаптер однофазной сети переменного тока с напряжением от 100 до 240 В, частотой 50--60 Гц	Источник напряжения постоянного тока 15 В и (или) внешний сетевой адаптер однофазной сети переменного тока с напряжением от 90 до 264 В, частотой 47--63 Гц	Источник напряжения постоянного тока 15 В и (или) внешний сетевой адаптер однофазной сети переменного тока с напряжением от 90 до 264 В, частотой 47--63 Гц	Источник напряжения постоянного тока 15 В и (или) внешний сетевой адаптер однофазной сети переменного тока с напряжением от 90 до 264 В, частотой 47--63 Гц



продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
Потребляемая мощность, Вт, не более	6	23	23	23
Параметры окружающей среды при эксплуатации	от 5 до 40°C, относительная влажность воздуха до 80 %			
Температура окружающего воздуха при хранении и транспортировании		от минус 25 до плюс 60°C		
Габаритные размеры стенда, мм, не более	200x280x110	210x550x200	1785x680x670	1785x680x670
Масса, кг, не более	1,5	8	91	93
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-95		IP20		
Примечание - в формулах: R_x - измеренное значение; R_v - верхний предел измерений.				

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа средств измерений Республики Беларусь наносится на титульный лист инструкции по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки комплексов диагностических универсальных FSA входят:

- FSA 500/720/740/760;
- блок питания;
- измерительные провода для "Мульти 1";
- измерительные провода для "Мульти 2";
- триггерная цанга;
- стробоскоп;
- диагностические зажимы B+/B-;
- токовая цанга;
- емкостные датчики 3xKV+/Kр;
- емкостные датчики 3xKV+/4р;
- пакет программного обеспечения «CompacSoft [plus]»;
- датчик индикации температуры масла для FSA 720, 740, 760);
- датчик индикации температуры воздуха для FSA 720, 740, 760);
- инструкция по эксплуатации FSA;
- методика поверки МП 216-97

Дополнительная комплектация (по требованию заказчика):

- системный модуль KTS 540 (для FSA 740, FSA 760);
- набор кабелей-адаптеров (Ford, Opel, VW, BMW, MB, Fiat);
- клавиатура (для FSA 7200);
- персональный компьютер (для FSA 720, FSA 500);
- мышь, принтер (для FSA 720);
- соединительные кабели для первичных цепей зажигания BMW, Ford, Opel.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "Robert Bosch GmbH", Германия.

ГОСТ 25176-82 "Средства диагностирования автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин. Классификация. Общие технические требования."

МП 216-97 "Средства технической диагностики автомобилей: универсальные диагностические комплексы, мотортестеры и тахометрические стробоскопы"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексы диагностические универсальные FSA соответствуют требованиям технической документации фирмы-изготовителя, ГОСТ 25176-82.

Межповерочный интервал не более 12 месяцев.

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ. г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 2349813. Аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0025.


ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Robert Bosch GmbH"

Frans-Oechsle-Strase 4, D-73207 Plochingen.

Тел. +49(0)721 942-0, факс +49(0)721 942-2310, e-mail: www.Bosch.com

Начальник научно-исследовательского центра
испытаний СИ и техники


С. В. Курганский


O. H. Haas



ПРИЛОЖЕНИЕ (обязательное)

Схема с указанием мест нанесения знака поверки (клейма-наклейки)

Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки)

