


Приложение к сертификату  
№ 0834  
(обязательное)

### ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО  
Зам. директора Головного  
органа ГССО - УНИИМ

  
И.Е.Добровинский  
1999 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ  
ОБРАЗЕЦ СОСТАВА  
ВОДНОГО РАСТВОРА  
ХЛОРИД-ИОНОВ

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ

Регистрационный номер  
ГСО 7617-99

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: в соответствии с техническим заданием и методикой приготовления партий ГСО.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образец предназначен для градуировки средств измерений (СИ), предназначенных для определения содержания хлорид-ионов в водных средах, для контроля метрологических характеристик СИ при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа, для метрологической аттестации и контроля погрешности методик выполнения измерений (МВИ) содержания хлорид-ионов в водных средах. ГСО может применяться для поверки соответствующих средств измерений.

Стандартный образец предназначен для применения в следующих областях: здравоохранение, охрана природы, санэпиднадзор, нефтегазпром.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО

- на методы измерений (анализа, испытаний):

1. ГОСТ 4245-72
2. ПНДФ 14.1:2.111-97
3. ПНДФ 14.1:2:4.23-95
4. ПНДФ 14.1:2:4.132-98
5. ИСО 9297



ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой водный раствор натрия хлористого квалификации "хч" по ГОСТ 4233-77 или квалификации "осч" по ТУ 6-09-3658-74, расфасованный в запаянные стеклянные ампулы номинальной вместимостью 5 см<sup>3</sup>.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО - массовая концентрация хлорид-ионов, интервал допускаемых аттестованных значений от 9,5 до 10,5 г/дм<sup>3</sup>.


Границы допускаемого значения относительной погрешности составляют  $\pm 1,0$  % при доверительной вероятности 0,95.

Срок годности экземпляра СО: 3 года.

РАЗРАБОТЧИК СО: АОЗТ "ЭКРОС", 199106, Санкт-Петербург, Среднегаванский пр., д.9.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: АОЗТ "ЭКРОС", 199106, Санкт-Петербург, Среднегаванский пр., д.9.

Ген. директор АОЗТ "ЭКРОС"



О.В.Арапов