

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ (Хл-10)

ГСО 10227-2013

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства:

- технические условия ТУ 4381-031-45579693-2013, дата введения 01.04.2013 г.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: серийное постоянное (непрерывное) производство.

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА: партия № 1/031-ЦСО, апрель 2013 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: СО предназначен для градуировки и калибровки ионно-хроматографических, капиллярно-электрофоретических, потенциометрических, спектрофотометрических, титриметрических, фотоколориметрических, и иных, в том числе специализированных, средств измерений (СИ), предназначенных для определения содержания хлорид-ионов в водных средах, а также для контроля метрологических характеристик СИ при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа, для контроля точности результатов измерений содержания хлорид-ионов в водных средах, для аттестации методик измерений содержания хлорид-ионов в водных средах.

СО может применяться для поверки соответствующих СИ.

СО должен применяться при погрешностях СИ и методик измерений, превышающих не менее чем в 3 раза погрешность аттестованного значения СО.

СО является рабочим эталоном 2-го разряда по ГОСТ Р 8.735.1-2011.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений:** осуществление мероприятий государственного контроля (надзора), деятельность в области охраны окружающей среды, выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

- на методы поверки (калибровки), градуировки СИ: ГОСТ Р 8.735.1-2011.

- на методы измерений (анализа, испытаний): ГОСТ 4245-72, ГОСТ 10671.7-74, ГОСТ 23268.17-78, ГОСТ 26425-85, ГОСТ Р 52181-2003, РД 52.24.361-2008, РД 52.24.402-2005, РД 52.24.407-2006.

ОПИСАНИЕ: материал СО представляет собой водный раствор натрия хлористого, расфасованный в запаянные стеклянные ампулы типа ШП-5, ШП-20 по ОСТ 64-2-485-85 или типа ИП-20С по ТУ У 00480945-005-96.

Комплект поставки включает 5 экземпляров СО. Количество экземпляров может быть уменьшено изготовителем по желанию Покупателя.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика: массовая концентрация хлорид-ионов, г/дм³.

Интервал допускаемых аттестованных значений массовой концентрации хлорид-ионов в СО, г/дм³: от 9,5 до 10,5 включительно.

Границы допускаемого значения относительной погрешности составляют $\pm 0,25$ % при доверительной вероятности 0,95.

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 5 лет.

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта стандартного образца утвержденного типа.


РАЗРАБОТЧИК: - Общество с ограниченной ответственностью Центр стандартных образцов и высокочистых веществ (ООО «ЦСОВВ»).

Адрес: Гостилицкое шоссе, д. 131, литера А, Санкт-Петербург, г. Петергоф, 198504.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - Общество с ограниченной ответственностью «Центр стандартных образцов и высокочистых веществ» (ООО «ЦСОВВ»).

Адрес: Гостилицкое шоссе, д. 131, литера А, Санкт-Петербург, г. Петергоф, 198504.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии


подпись

Ф.В.Булыгин
расшифровка подписи

М.П.

«15» 07

2013 г.

