

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

Утвержденного типа стандартный образец
состава ароматендрина (ГСО-Ароматендрин-ДИОД)

ГСО 9730-2010

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства: техническое задание, утвержденное в августе 2010 г.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет

ФОРМА ВЫПУСКА: серийное производство периодически повторяющимися партиями

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА: партия №1, декабрь 2010 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для контроля потребностей методов измерения при установлении массовой доли биофлавоноидов группы гидроксифлавононов или флаванолонов в растительном сырье, лекарственных формах и БАД для градуировки и калибровки спектрофотометров и жидкостных хроматографов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: хранение, научные исследования, пищевая промышленность

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

- Инструкция по применению;

- РМГ 61-2003 «ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки»

ОПИСАНИЕ: материал стандартного образца представляет собой метакристаллический порошок белого цвета массой 1, 5 или 10 мг, упакованный в стеклянные ампулы по ОСТ 64-2-485-85 из стекла медицинской марки НС-1. Каждая ампула помещена в отдельную картонную упаковку с этикеткой по ГОСТ 8.315-97.

НОРМИРОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика - массовая доля ароматендрина, %

Интервал допускаемых аттестованных значений	Границы допускаемых значений абсолютной погрешности при $P=0,95$
98,0 - 100	$\pm 0,50$

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 2 года

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в правом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИК:

Завод экологической техники и экопитания ОАО «ДИОД» (ОАО «ДИОД»),
ул. Дербеневская, дом 11-А, г. Москва, 115114

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Завод экологической техники и экопитания ОАО «ДИОД» (ОАО «ДИОД»),
ул. Дербеневская, дом 11-А, г. Москва, 115114

Заместитель

Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

 2011г.

В.Н.Крутиков
расшифровка подписи

