

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»

С.В.Медведевских

« 23 » 11 2007 г.

М.П.

Стандартный образец  
массовой концентрации  
хлористых солей в нефти

(ХС-6)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер  
ГСО 8188-2002

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, на разработку ГСО массовой концентрации хлористых солей в нефти, утвержденное 15.01.02 г., с изм.№1 утв. 20.10.2005 г.

Форма выпуска: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (ХС-6): партия № 2; дата выпуска - 07.2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности метода определения массовой концентрации хлористых солей в нефти.

Область применения – нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая и другие отрасли промышленности, связанные с контролем качества нефти.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО на метод измерений (анализа): национальный стандарт РФ ГОСТ 21534-76 (Метод А), Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой водно-спиртовый раствор хлоридов натрия, кальция, магния, дистиллятного нефтяного масла и толуола в стеклянной ампуле.

Объем экземпляра СО в ампуле – 110 см<sup>3</sup>.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая концентрация хлористых солей, в мг/дм<sup>3</sup>.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Интервал допускаемых аттестованных значений СО	Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при P = 0.95
ХС-6	Массовая концентрация хлористых солей	450 ... 500	± 12,5

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО

Орган ГССО -

- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»» 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149  
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»» 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149  
(ООО «ИНТЕГРСО»)


ИЗГОТОВИТЕЛИ СО

Орган ГССО -

- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»» 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149  
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)


Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»» 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149  
(ООО «ИНТЕГРСО»)

Генеральный директор  
АНО НПО «ИНТЕГРСО»



Мухамедзянов А.Х.

Исполнительный директор  
ООО «ИНТЕГРСО»



Мухамедзянов Р.А.

*Handwritten signature*