

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»

Медведевских С.В.

« 20 » 2008 г.

М.П.

**Стандартный образец
температуры каплепадения
нефтепродуктов (ТКП-2)**

**ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО**

Регистрационный номер 8426-2003

**внесен в Реестр МСО под номером
МСО 1400:2007**

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утвержденное 05.01.2003 г. с изм. №1 утв. 05.01.2005 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия №3, дата выпуска февраль 2008 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности методики определения температуры каплепадения нефтепродуктов.

Область применения - нефтеперерабатывающая и другие отрасли промышленности, связанные с контролем качества нефтепродуктов.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО на методику испытаний (анализа): национальный стандарт РФ ГОСТ 6793-74, Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь углеводородов, упакованную в полимерный флакон с навинчивающейся крышкой.

Объем экземпляра СО - 20 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО – температура каплепадения, в градусах Цельсия.

Индекс СО	Интервал допускаемого значения аттестованной характеристики СО, °С			Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованного значения СО при P = 0.95, °С
ТКП-2	от	70	до 100	± 3

Дополнительные сведения: СО признан в качестве межгосударственного стандартного образца Решением МГС №32-2007 от 24.10.2007, внесен в Реестр МСО под №1400:2007 и допускается к применению без ограничений в Азербайджанской Республике, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, в Туркменистане, Республике Узбекистан, Украине.

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:

Орган ГССО -

Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»» (АНО НПО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Проспект Октября, 149

Орган ГССО -

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»» (ООО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Проспект Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО:


Орган ГССО -

Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»» (АНО НПО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Проспект Октября, 149

Орган ГССО -


Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»» (ООО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Проспект Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»



Мухамедзянов А.Х.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»



Мухамедзянов Р.А.

Handwritten signature