

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



**Стандартный образец
массовой доли микропримесей серы
в нефтепродуктах
(СМ-4)**

**ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО**

**Регистрационный номер
ГСО 5767-90**

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание на разработку государственных стандартных образцов массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах, утвержденное 24.04.1990 г., с изм.№1 утв.15.01.2002 г, изм.№2 утв. 15.04.2007 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (СМ-4): партия №4, №5, дата выпуска март 2007 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности результатов выполнения измерений массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - нефтеперерабатывающая отрасль промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО НА МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ (АНАЛИЗА): национальный стандарт РФ ГОСТ 13380-81, Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет смесь дигексилсульфида и н-декана в стеклянной ампуле (флаконе).
Объем СО в упаковке – 20 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО – массовая доля микропримесей серы

Индекс СО	Интервал допускаемого значения аттестованной характеристики СО, % x 10 ⁴	Границы допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованного значения СО при P = 0.95, % x 10 ⁴
СМ-4	от 0,1 до 0,6	от 0,018 до 0,027

Срок годности СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:

Орган ГССО -

- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр.Октября, 149

Орган ГССО -

- Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»
(ОАО «ВНИИ НП»)

111116, г.Москва,
ул.Авиамоторная, 6

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО:

Орган ГССО -

- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр.Октября, 149

Орган ГССО -

- Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»»
(ООО «ИНТЕГРСО»)

450075, г.Уфа,
Пр.Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»,
д.т.н., профессор




Мухамедзянов А.Х.

Генеральный директор
ОАО «ВНИИ НП»,
д.т.н., профессор



Павлов Р.Г.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»



Мухамедзянов Р.А.

Handwritten signature