

Приложение к свидетельству  
№ 0804  
(обязательное)

**ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО**

СОГЛАСОВАНО  
Зам. директора ФГУП "УНИИМ"  
С.В. Медведевских  
02.11.2009 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБРАЗЕЦ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ  
(ДНП-50-НС)

Регистрационный номер  
ГСО 9334-2009

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: в соответствии с техническим заданием, утвержденным  
20.04.2009 г., и методикой приготовления партий ГСО.  
ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: единично-повторяющееся производство, партия № 05-09  
выпущена в мае 2009 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образец предназначен:

- для контроля погрешности методики выполнения измерений давления насы-  
щенных паров нефти и нефтепродуктов.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО

- на методы измерений (анализа, испытаний):

1. ГОСТ 1756-2000
2. ASTM D 323

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой метилтретбутиловый  
эфир, расфасованный во флаконы из темного стекла или полимерного материала  
с завинчивающейся крышкой вместимостью не менее 250, 500, 1000 см<sup>3</sup>.

Объем материала СО в каждом соответствующем флаконе – (250 + 10),  
(500 + 10), (1000 + 10) см<sup>3</sup>.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО – Давление насыщенных паров при температуре  
37,8 °С, интервал допускаемых аттестованных значений от 50 до 55 кПа.

Границы допускаемых значений абсолютной погрешности составляют ±1,2 кПа при  
доверительной вероятности 0,95.

Срок годности экземпляра СО: 3 года.

РАЗРАБОТЧИК СО: ООО "Нефть-Стандарт", 198412, Санкт-Петербург, Ломоносов,  
Ораниенбаумский пр., д.41, к.1, лит.А.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: ООО "Нефть-Стандарт", 198412, Санкт-Петербург, Ломоно-  
сов, Ораниенбаумский пр., д.41, к.1, лит.А.

Ген. директор  
ООО "Нефть-Стандарт"

В.А. Роготнев

