

Приложение к свидетельству
№ 0923
(обязательное)


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП УНИИМ

С.В. Медведевских

21/11 2009 г.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗЕЦ МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ
(СН-0,000-НС)

Регистрационный номер

ГСО 9402-2009

ИД НА ВЫПУСК ГСО: техническое задание, утвержденное 08.06.2009 г., и методика
приготовления партии ГСО.

ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: единичное повторяющееся производство, партия № 06-09
выпущена в июне 2009 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образец предназначен
для градуировки рентгенофлуоресцентных анализаторов нефти и нефтепродуктов
в сочетании с другими государственными образцами массовой доли серы в мине-
ральном масле (СО СН-НС).

Область применения - нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая про-
мышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО

- на методы градуировки СИ:

1. ГОСТ Р 51947-2002
2. ГОСТ Р 52860-2006
3. ASTM D 4294-98
4. ASTM D 2622-98

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой минеральное масло (бе-
лое масло 100 РВ ("Merku", Германия)), расфасованное во флаконы из темного
стекла или полимерного материала с завинчивающейся крышкой вместимостью не
менее 100 см³.

Объем материала СО в каждом флаконе должен составлять не менее
100 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО - массовая доля серы, значение которой находится
в интервале от 0,00005 до 0,0003 % при доверительной вероятности 0,95.

Срок годности экземпляра СО: 2 года.

РАЗРАБОТЧИК СО: ООО "Нефть-Стандарт", 198412, Санкт-Петербург, Ломоносов,
Ораниенбаумский пр., д.41, к.1, лит.А.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: ООО "Нефть-Стандарт", 198412, Санкт-Петербург, Ломоно-
сов, Ораниенбаумский пр., д.41, к.1, лит.А.

Ген. директор

ООО "Нефть-Стандарт"



В.А. Роготнев