

Приложение к свидетельству
№ 0822
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП "УНИИМ"

С.В.Медведевских

01.11.2009 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗЕЦ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ ГСО
(ТВОТ-190-НС)

Регистрационный номер

ГСО 9352-2009

ИД НА ВЫПУСК ГСО: техническое задание, утвержденное 04.06.2009 г., и методика
приготовления партий ГСО.

ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: единичное-повторяющееся производство, партия № 05-09
выпущена в мае 2009 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образец предназначен
для аттестации и контроля погрешностей методик выполнения измерений темпера-
туры вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333-87, ASTM D 92.
Область применения - нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая промышлен-
ность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО

- на методы измерений (анализа, испытаний):

1. ГОСТ 4333-87
2. ASTM D 92

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой вазелиновое масло, рас-
фасованное во флаконы из темного стекла или полимерного материала с завин-
чивающейся крышечкой вместимостью не менее 100, 250, 500 см³.

Объем материала СО в каждом соответствующем флаконе – не менее 100,
250, 500 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Аттестуемая характеристика СО – температура вспышки в открытом тигле, интер-
вал допускаемых аттестованных значений СО от 185 до 205 °С.
Границы допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованного значения
СО составляют ± 4 °С при доверительной вероятности 0,95.
Срок годности экземпляра СО: 2 года.

РАЗРАБОТЧИК СО: ООО "Нефть-Стандарт", 198412, Санкт-Петербург, Ломоносов,
Ораниенбаумский пр., д.41, к.1, лит.А.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: ООО "Нефть-Стандарт", 198412, Санкт-Петербург, Ломоно-
сов, Ораниенбаумский пр., д.41, к.1, лит.А.

Ген. директор
ООО "Нефть-Стандарт"



В.А.Дроготнов