


Приложение к сертификату  
№ 3897  
(обязательное)

**ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБРАЗЕЦ МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
НЕФТЕПРОДУКТАХ (ВН-0.1-НС) СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ  
Регистрационный номер  
ГСО 9260-2008

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: в соответствии с техническим заданием, утвержденным  
16.02.2009 г., и методикой приготовления партий ГСО.  
ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: серийное производство, партия № 02-09 выпущена в фев-  
рале 2009 г.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** стандартный образец предназначен  
для метрологической аттестации и контроля погрешностей методик выполнения  
измерений массовой доли воды в нефтепродуктах.

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО**

- на методы измерений (анализа, испытания):
- 1. Инструкция по применению ГСО
- 2. ГОСТ 2477-65

**ОПИСАНИЕ:** Стандартный образец представляет собой водную эмульсию в  
трансформаторном масле, расфасованную во флаконы из темного стекла с завин-  
чивающейся крышечкой вместимостью не менее 100 см<sup>3</sup>.

Масса материала СО в каждом флаконе составляет (100,00 ± 0,01) г.

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Аттестуемая характеристика СО - массовая доля воды, интервал допускаемых ат-  
тестованных значений от 0,09 до 0,11 %.  
Границы допускаемого значения относительной погрешности составляют ± 10 %  
при доверительной вероятности 0,95.  
Срок годности экземпляра СО: 2 года.

**РАЗРАБОТЧИК СО:** ООО "Нефть-Стандарт", 198412, Санкт-Петербург, Ломоносов,  
Ораниенбаумский пр., д.41, к.1, лит.А.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:** ООО "Нефть-Стандарт", 198412, Санкт-Петербург, Ломоно-  
сов, Ораниенбаумский пр., д.41, к.1, лит.А.

Ген. директор  
ООО "Нефть-Стандарт"

