

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»
С.В. Медведских
2008 г.
М.П.

Стандартный образец
самовоспламеняемости (петанового числа)
первичного эталонного топлива
ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер
ГСО 8932-2008

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утвержденное 15.02.07 г.

Форма выпуска: единичное повторяющееся производство

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия №1, дата выпуска: декабрь 2007 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности результатов измерений самовоспламеняемости (петанового числа) дизельных топлив.

Область применения – предприятия производители и потребители дизельных топлив, производители оборудования для контроля самовоспламеняемости (петанового числа) дизельных топлив.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО методика испытаний (англиз): национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52709-2007, национальный стандарт РФ ГОСТ 3122-67, Инструкции по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь н-тексадекана и алыфаметилнафталина в склянке из темного стекла с уплотнительной пробкой и навинчивающейся крышечкой.

Объем экземпляра СО в упаковке – 500 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – самовоспламеняемость (петановое число).

Индекс СО	Интервал допустимых значений аттестованной характеристики СО	Единица измерения	Границы допустимых значений абсолютной погрешности аттестованного значения СО при Р=0,95
ЦЧ ПЭТ-2	48	56	петановое число ± 0,5

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:

Орган ГССО -
- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Орган ГССО -
- ООО «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»
(ООО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149


ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:

Орган ГССО -

- ООО «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»
(ООО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»



Мухамедзянов А.Х.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»



Мухамедзянов Р.А.