

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»
С.В. Мельдеевских
« 24 » 01 2008 г.
М.П.

Стандартный образец
самовоспламеняемости (петанового числа)
первичного эталонного топлива
ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер
ГСО 8931-2008

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утвержденное 15.02.07 г.

Форма выпуска: единичное повторяющееся производство

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия №1, дата выпуска: декабрь 2007 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности результатов измерений самовоспламеняемости (петанового числа) дизельных топлив.

Область применения – предприятия производители и потребители дизельных топлив, производители оборудования для контроля самовоспламеняемости (петанового числа) дизельных топлив.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО методики испытаний (анализа): национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52709-2007, национальный стандарт РФ ГОСТ 3122-67, Инструкции по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь н-гексадекана и альфа-метилнафталина в склянке из темного стекла с уплотнительной пробкой и навинчивающейся крышкой.

Объем экземпляра СО в упаковке – 500 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – самовоспламеняемость (петановое число).

Индекс СО	Интервал допустимых значений аттестованной характеристики СО	Единица измерения	Границы допустимых значений абсолютной погрешности аттестованного значения СО при P=0,95
ЦЧ ПЭТ-1	40 - 48	петановое число	± 0,5

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:


Орган ГССО -
- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРССО»
(АНО ИПО «ИНТЕГРССО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

Орган ГССО -
- ООО «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРССО»
(ООО «ИНТЕГРССО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:

Орган ГССО -
- ООО «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРССО»
(ООО «ИНТЕГРССО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО ИПО «ИНТЕГРССО»
Мухамедзянов А.Х.



Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРССО»
Мухамедзянов Р.А.



Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.