

**ОПИСАНИЕ ТИПА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
для Государственного реестра средств измерений**

УТВЕРЖДАЮ

Директор РУП «БелГИМ»

Н.А.Жагора

» ноября 2009г.



ГСО эталонов мутности (набор)

Внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь (раздел «Государственные стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов»).

Регистрационный номер **ГСО РБ 2163-09**

Выпускается по документации ООО «Научно-производственного центра ХИММЕДСИНТЕЗ», г. Минск, Республика Беларусь.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для определения мутности взвесей микроорганизмов методом визуального сравнения.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Государственная фармакопея Республики Беларусь том 1, раздел 2.6.13 «Микробиологические испытания нестерильной продукции (испытания на наличие специфических микроорганизмов), с. 170;.

Временная инструкция «Методы испытания противомикробной активности дезинфицирующих средств» от 24. 12. 98г. № 4718, утверждённая Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь.

ОПИСАНИЕ

ГСО эталонов мутности (набор) представляет собой шесть герметично запаянных ампул, содержащих суспензии раствора хлорида бария определенных концентраций в серной кислоте.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестованной характеристики (сертифицированного параметра).	Интервал допустимых значений аттестованной характеристики (сертифицированного параметра).	Абсолютная погрешность аттестованной характеристики (сертифицированного параметра).
Оптическая плотность		
Эталон №0,5	0,05-0,15	0,01
Эталон №1	0,17-0,27	0,02
Эталон №2	0,43-0,53	0,02
Эталон №3	0,67-0,77	0,02
Эталон №4	0,92-1,02	0,02
Эталон №5	1,17-1,27	0,02

Срок годности экземпляра ГСО: 1 год при температуре 2-30°C.

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного Реестра наносится типографским способом на этикетку.

РАЗРАБОТЧИК

ООО «Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ» (г. Минск, Республика Беларусь).

Адрес: 220108, г. Минск, ул. Казинца, 62 к.1.
тел/факс 279-77-89
E-mail: himmedsintez@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовителем является Разработчик.

Директор ООО «научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ»



Н.А.Апостол