


Приложение к сертификату № 1998  
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО:

Директор ФГУП «УНИИМ»

  
В.В. Леонов  
«04» 12 2008 г.

М. П.

Стандартные образцы влагосодержания  
и насыпной плотности доменного кокса  
(комплект)

Внесен в Государственный реестр  
утвержденных типов.  
Регистрационный номер  
ГСО 3695-87, ГСО 3696-87

**НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО:**

Техническое задание, утверждённое 21.07.83

Форма выпуска: единичное повторяющееся производство

**НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ЭКЗЕМПЛЯРА ГСО:** комплект № 1 состоит из 6 СО.

Дата выпуска: 1987 г

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Стандартные образцы предназначены для аттестации и поверки образцовых эквивалентных мер влагосодержания и насыпной плотности доменного кокса, градуировки и поверки нейтронных влагомеров и влагоплотномеров доменного кокса.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Металлургия, приборостроение, государственный метрологический контроль и надзор.

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,** определяющие необходимость применения ГСО: на методы измерений (анализа, испытаний):

ГОСТ 8.530-85. ГСИ. Влажность доменного кокса. Методика выполнения измерений нейтронными влагомерами;

на методы поверки СИ:

ГОСТ 8.442-81 ГСИ. Влагомеры нейтронные стационарные. Методы и средства поверки;

Комплект образцовых эквивалентных мер КОЭМ-7600-02. Методика поверки. 7600.00.000-02 Д12.2.

**ОПИСАНИЕ:** Стандартные образцы представляют конструкцию, состоящую из системы алюминиевых трубок, на которых укреплены графитовые блоки. Трубки соединены с коллекторами, по которым подается вода в необходимом количестве.

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**Аттестованные характеристики:**

Влагосодержание;  
Насыпная плотность

Номер ГСО	Интервал допускаемых аттестованных значений ГСО		Границы допускаемых значений абсолютных погрешностей аттестованных значений ГСО при $P=0,95$	
	Влагосодержание, %	Насыпная плотность, г/см <sup>3</sup>	Влагосодержание, %	Насыпная плотность, г/см <sup>3</sup>
ГСО 3695-78	от 0,0 до 15	0,40-0,45	0,05	0,005
ГСО 3696-78	от 0,0 до 15	0,60-0,65	0,05	0,005

**Дополнительная характеристика:** зольность. Значения зольности для государственных стандартных образцов: ГСО 3695-87 – 10,44%; ГСО 3696-87 – 10,74%.

**Срок годности экземпляра СО или периодичность контроля:**  
Периодичность аттестации 1 раз в 5 лет в АО «Казчерметавтоматика»


**РАЗРАБОТЧИКИ:**

АО «Казчерметавтоматика» 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Рыбалко, 1а

ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»), 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** АО «Казчерметавтоматика»

Президент АО «Казчерметавтоматика»



Т.С. Намазбаев

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»

С.В. Медведевских

25.11.08