

Приложение к сертификату № 3440  
(обязательное)

**ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО**

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»  
С.В. Медведевских  
« 01 » 11 2006 г.  
М.П.

Стандартный образец  
Масловой доли кальция и цинка  
в маслах с присадками  
(МДКЦ-3)  
ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО  
Регистрационный номер  
ГСО 8834-2006

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, на разработку ГСО  
Массовой доли кальция и цинка в маслах с присадками, утвержденное 28.10.05 г.  
Форма выпуска: единичное повторюющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (МДКЦ-3): партия № 1, дата выпуска – 08.2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для  
контроля точности методик выполнения измерений массовой доли кальция и цинка в  
маслах с присадками.

Область применения – нефтеперерабатывающая и другие отрасли промышленности,  
связанные с использованием моторных, трансмиссионных масел и масел для автоматических  
коробок передач.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
СО: методики измерений (анализа): по национальному стандарту РФ ГОСТ 13538-68.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой минеральное масло, расфасованное во  
флаконе из темного стекла с уплотнительной пробкой и навинчивающейся крышечкой.

Объем экземпляра СО в флаконе – 50 см<sup>3</sup>.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Аттестуемая характеристика – Массовая доля кальция и цинка, в %.

Индекс СО	Интервалы допустимых значений аттестуемой характеристики СО		Границы допустимых значений абсолютной погрешности аттестованных характеристик СО при P = 0,95
	МДКЦ-3 массовая доля	кальций цинк	
	0,30	0,40	± 0,02
	0,07	0,12	± 0,02

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

**РАЗРАБОТЧИКИ СО**

Орган ГССО -

Автономная некоммерческая организация «Научно-  
производственное объединение по метрологическому обеспечению  
контроля качества продукции на основе стандартных образцов  
«ИНТЕГРОС»»  
(АНО НПО «ИНТЕГРОС»)  
450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый  
центр стандартов и технологий «ИНТЕГРОС»»  
(ООО «ИНТЕГРОС»)  
450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО

Орган ГССО -  
Автономная некоммерческая организация «Научно-  
производственное объединение по метрологическому обеспечению  
контроля качества продукции на основе стандартных образцов  
«ИНТЕГРОС»»  
(АНО НПО «ИНТЕГРОС»)  
450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый  
центр стандартов и технологий «ИНТЕГРОС»»  
(ООО «ИНТЕГРОС»)  
450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

Генеральный директор  
АНО НПО «ИНТЕГРОС»

Мухамедзянов А.Х.

Исполнительный директор  
ООО «ИНТЕГРОС»

Мухамедзянов Р.А.

2006