

Приложение к сертификату № 3439
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»

С.В.Медведевских

« 31 » 10 2006 г.

М.П.

Стандартный образец
массовой доли кальция и цинка
в маслах с присадками

(МДКЦ-2)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер
ГСО 8833-2006

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, на разработку ГСО
массовой доли кальция и цинка в маслах с присадками, утвержденное 28.10.05 г.
Форма выпуска: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (МДКЦ-2): партия № 1, дата выпуска – 08.2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для
контроля погрешности методик выполнения измерений массовой доли кальция и цинка в
маслах с присадками.

Область применения – нефтеперерабатывающая и другие отрасли промышленности,
связанные с использованием моторных, трансмиссионных масел и масел для автомобильных
коробок передач.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СО: методики измерений (анализа) по национальному стандарту РФ ГОСТ 13538-68.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой минеральное масло, расфасованное во
флаконе из темного стекла с уплотнительной пробкой и навинчивающейся крышкой.

Объем экземпляра СО в флаконе – 50 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля кальция и цинка, в %.

Индекс СО	Интервалы допустимых значений аттестуемой характеристики СО		Границы допустимых значений абсолютной погрешности аттестованных характеристик СО при P = 0,95
	массовая доля	кальций ... цинк	
МДКЦ-2	0,20	0,30	± 0,02
	0,05	0,10	± 0,02

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО

Орган ГССО -

Автономная некоммерческая организация «Научно-
производственное объединение по метрологическому обеспечению
контроля качества продукции на основе стандартных образцов
«ИНТЕГРСО»»
(АНО ИПО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый
центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»»
(ООО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО

Орган ГССО -

Автономная некоммерческая организация «Научно-
производственное объединение по метрологическому обеспечению
контроля качества продукции на основе стандартных образцов
«ИНТЕГРСО»»
(АНО ИПО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый
центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»»
(ООО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО ИПО «ИНТЕГРСО»



Мухамеджанов А.Х.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»



Мухамеджанов Р.А.