

Приложение к сертификату № 3438
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»
С.В. Медведевских

« 31 » 10 2006 г.
М.П.

Стандартный образец
масловой доли кальция и цинка
в маслах с присадками

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(МДКЦ-1)
Регистрационный номер
ГСО 8832-2006

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, на разработку ГСО
массовой доли кальция и цинка в маслах с присадками, утвержденное 28.10.05 г.
Форма выпуска: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (МДКЦ-1): партия № 1, дата выпуска – 08.2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для
контроля погрешности методик выполнения измерений массовой доли кальция и цинка в
маслах с присадками.

Область применения – нефтеперерабатывающая и другие отрасли промышленности,
связанные с использованием моторных, трансмиссионных масел и масел для автотракторных
коробок передач.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СО: методики измерений (анализа): по национальному стандарту РФ ГОСТ 13538-68.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой минеральное масло, расфасованное во
флаконе из темного стекла с углоинтегральной пробкой и навинчивающейся крышечкой.

Объем экземпляра СО в флаконе – 50 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля кальция и цинка, в %.

Индекс СО	Интервалы допускаемых значений аттестуемой характеристики СО		Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованных характеристик СО при $P = 0.95$
	массовая доля	кальций ... цинк	
МДКЦ-1	0,10 ... 0,10	0,20 ... 0,15	± 0,02 ... ± 0,02

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО

Орган ГССО -

Автономная некоммерческая организация «Научно-
производственное объединение по метрологическому обеспечению
контроля качества продукции на основе стандартных образцов
«ИНТЕГРСО»»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый
центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»»
(ООО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО


Орган ГССО -

Автономная некоммерческая организация «Научно-
производственное объединение по метрологическому обеспечению
контроля качества продукции на основе стандартных образцов
«ИНТЕГРСО»»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый
центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»»
(ООО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов А.Х.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов Р.А.