

Приложение к сертификату № 3435
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора ФГУП «УНИИМ»
С.В.Медведевских
М.П. 31 " 40 2006

Стандартный образец
рН водной вытяжки нефтепродуктов

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 8829-2006
(ВКЩ-2)

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание на разработку ГСО,
утвержденное 01.10.2005 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторное производство.
НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (ВКЩ-2): партия №1, дата выпуска сентябрь 2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля
погрешности результатов испытаний нефтепродуктов на наличие водорастворимых кислот и
щелочей методом измерения рН водной вытяжки по национальному стандарту РФ ГОСТ 6307-75.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: нефтеперерабатывающая и другие отрасли промышленности,
связанные с применением нефтепродуктов.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО:
метод измерения (анализа) по национальному стандарту РФ ГОСТ 6307-75 и Инструкция по
применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой углеводородную масляную фракцию,
расфасованную во флаконы из темного стекла с уплотнительной пробкой и навинчивающейся
крышкой.
Объем СО во флаконе - 60 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО - рН водной вытяжки (при температуре 20 °С).

Индикс СО	Интервал допускаемых значений аттестуемой характеристики СО	Граница допускаемых значений погрешности аттестованного значения СО при P = 0,95, °С
ВКЩ-2	от 4,0 до 6,0	± 0,6

* - при температуре 20 °С

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:
- Орган ГССО

Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное
объединение по метрологическому обеспечению контроля качества
продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр
стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»
(ООО «ИНТЕГРСО»)

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО:
- Орган ГССО

Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное
объединение по метрологическому обеспечению контроля качества
продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр
стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»
(ООО «ИНТЕГРСО»)

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзjanов А.Х.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзjanов Р.А.

№ 3435 /