

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартный образец
массовой доли микропримесей серы в
нефтепродуктах

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер
ГСО 8809-2006

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание на разработку государственных стандартных образцов массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах, утвержденное 01.10.2005 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (МДМС-5): партия №1, дата выпуска - май 2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности методики выполнения измерений массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предприятия нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, связанные с производством и контролем качества нефтепродуктов.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО на метод измерений (анализа): ASTM D 2622-2003, Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь дибутилсульфида в вязелиновом масле, расфасованную в ампуле (флаконе).
Объем экземпляра СО в ампуле (флаконе) - 30 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Аттестуемая характеристика: массовая доля микропримесей серы, %.

Индекс СО	Интервал допускаемого значения аттестованной характеристики СО, %	Граница допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при P = 0,95, Δ _д , %
МДМС-5	от 0,020 до 0,040	± 0,002

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО» (АНО НПО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149.

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО» (ООО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149


Орган ГССО - ОАО «Вероиспытательный научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, 6

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО» (АНО НПО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149.

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО» (ООО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149.

Генеральный директор АНО НПО «ИНТЕГРСО» Д.Т.Н., профессор Мухамедзянов А.Х.



Исполнительный директор ООО «ИНТЕГРСО» Мухамедзянов Р.А.



Генеральный директор ОАО «ВНИИ НП», Д.Т.Н. Галиев Р.Г.

