

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора ФГУП «НИИМ»
С.В. Мельвельских
2006 г.



Стандартный образец
массовой доли микропримесей серы в
нефтепродуктах

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(МДМС-4)

Регистрационный номер
ГСО 8808-2006

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание на разработку государственных стандартных образцов массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах, утвержденное 01.10.2005 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (МДМС-4): партия №1, дата выпуска - май 2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности методики выполнения измерений массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предприятия нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, связанные с производством и контролем качества нефтепродуктов.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО на метод измерений (анализа): ASTM D 2622-2003, Инструкция по применению ГСО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь дибутилсульфида в вазелиновом масле, расфасованную в ампулы (флаконе).
Объем экземпляра ГСО в ампуле (флаконе) - 30 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика: массовая доля микропримесей серы, %.

Индекс ГСО	Интервал допускаемого значения аттестованной характеристики ГСО, %	Граница допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованной характеристики ГСО при $P = 0.95$, Δ_{α} , %
МДМС-4	от 0,010 до 0,020	$\pm 0,001$

Срок годности экземпляра ГСО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ ГСО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация «Научно-производственно-исследовательский центр метрологического обеспечения контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО» (АНО НПО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149.

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО» (ООО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

Орган ГССО - ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, 6

ИЗГОТОВИТЕЛИ ГСО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация «Научно-производственно-исследовательский центр метрологического обеспечения контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО» (АНО НПО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149.

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО» (ООО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149.

Генеральный директор АНО НПО «ИНТЕГРСО», д.т.н., профессор Мухамедзянов А.Х.

Исполнительный директор ООО «ИНТЕГРСО» Мухамедзянов Р.А.

Генеральный директор ОАО «ВНИИ НП», д.т.н. Галиев Р.Г.

