

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



СОГЛАСОВАНО  
Зам. директора ФГУП «ВНИИМ»  
С.В. Мельников  
«31» 12 2006 г.

Стандартный образец  
массовой доли микропримесей серы в  
нефтепродуктах  
(МДМС-3)  
ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО  
Регистрационный номер  
ГСО 8807-2006

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание на разработку государственных стандартных образцов массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах, утверждено 01.10.2005 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (МДМС-3): партия №1, дата выпуска - май 2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности методики выполнения измерений массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предприятия нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, связанные с производством и контролем качества нефтепродуктов.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО на метод измерений (анализа): ASTM D 2622-2003, Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь дибутилсульфида в вазелиновом масле, расфасованную в ампуле (флаконе).  
Объем экзemplара СО в ампуле (флаконе) - 30 см<sup>3</sup>.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика: массовая доля микропримесей серы, %.

Индекс СО	Интервал допускаемого значения аттестованной характеристики СО, %	Граница допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при P = 0,95, Δ <sub>абс</sub> , %
МДМС-3	от 0,002 до 0,010	± 0,0003

Срок годности экзemplара СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕРССО» (АНО НПО «ИНТЕРССО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149.

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕРССО» (ООО «ИНТЕРССО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149


Орган ГССО - ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») 111116: г. Москва, ул. Авиамоторная, 6

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕРССО» (АНО НПО «ИНТЕРССО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149.

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕРССО» (ООО «ИНТЕРССО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149.

Генеральный директор АНО НПО «ИНТЕРССО»,  
Д.т.н., профессор  
Мухамедзянов А.Х.



Исполнительный директор  
ООО «ИНТЕРССО»  
Мухамедзянов Р.А.



Генеральный директор  
ОАО «ВНИИ НП»,  
Д.т.н.  
Галиев Р.Г.



Handwritten signature.