

Приложение к сертификату № 3396  
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО  
Зам. директора ФГУП «НИИМ»  
С.В. Мельниковских  
«31» 09 2006 г.



Стандартный образец  
масовой доли микропримесей серы в  
нефтепродуктах  
ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(МДМС-2)

Регистрационный номер  
ГСО 8806-2006

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание на разработку государственных стандартных образцов массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах, утвержденное 01.10.2005 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (МДМС-2): партия №1, дата выпуска - май 2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности методики выполнения измерений массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предприятия нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, связанные с производством и контролем качества нефтепродуктов.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО на метод измерений (анализа): ASTM D 2622-2003, Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь дибутилсульфида в вазелиновом масле, расфасованную в ампуле (флаконе).  
Объем экземпляра СО в ампуле (флаконе) - 30 см<sup>3</sup>.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Аттестуемая характеристика: массовая доля микропримесей серы, %.

Индекс СО	Интервал допускаемого значения аттестованной характеристики СО, %	Граница допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при P = 0,95, Δ <sub>к</sub> , %
МДМС-2	от 0,0005 до 0,0020	± 0,0002

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕРГССО» (АНО НПО «ИНТЕРГССО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149.

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕРГССО» (ООО «ИНТЕРГССО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149


Орган ГССО - ОАО «Вересейский научно-исследовательский институт по переработке нефти» 111116: г. Москва, ул. Авиамоторная, 6 (ОАО «ВНИИ НП»)

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕРГССО» (АНО НПО «ИНТЕРГССО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149.

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕРГССО» (ООО «ИНТЕРГССО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149.

Генеральный директор  
АНО НПО «ИНТЕРГССО»,  
д.т.н., профессор



Мухамедзянов А.Х.

Исполнительный директор  
ООО «ИНТЕРГССО»



Мухамедзянов Р.А.

Генеральный директор  
ОАО «ВНИИ НП»,  
д.т.н.



Галиев Р.Г.

Handwritten signature