

Приложение к сертификату № 3395
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартный образец
масовой доли микропримесей серы в
нефтепродуктах

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(МДМС-1)
Регистрационный номер
ГСО 8805-2006

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание на разработку государственных стандартных образцов массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах, утвержденное 01.10.2005 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (МДМС-1): партия №1, дата выпуска - май 2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности методики выполнения измерений массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предприятия нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, связанные с производством и контролем качества нефтепродуктов.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО на метод измерений (анализа): ASTM D 2622-2003, Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой вазелиновое масло, расфасованное в ампуле (флаконе).
Объем экземпляра СО в ампуле (флаконе) - 30 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Аттестуемая характеристика: массовая доля микропримесей серы, %

Индекс СО	Аттестованное значение ГСО при P=0.95	
МДМС-1	от 0,0000	до 0,0005

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:

Орган ГССО -
Акционерная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149.

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»
(ООО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Орган ГССО -
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»
(ОАО «ВНИИ НП»)

111116: г. Москва,
ул. Авиамоторная, 6

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО:

Орган ГССО -
Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149.

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»
(ООО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149.

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»
Д.т.н., профессор


Мухамедзянов А.Х.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов Р.А.

Генеральный директор
ОАО «ВНИИ НП»,
Д.т.н.

Галиев Р.Г.



24/