


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартный образец
температуры размягчения битумов
по кольцу и шару
ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 8492-2003
(ТКИШ-1)

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание на разработку ГСО температуры размягчения битумов по кольцу и шару (ТКИШ), утв. 05.03.2003 г. с изм. №1 утв. 28.10.2005 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторяющееся производство.
НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (ТКИШ-1): партия №2, дата выпуска январь 2007 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности методики определения температуры размягчения битумов по кольцу и шару.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: нефтеперерабатывающая и другие отрасли промышленности, использующие методику контроля температуры размягчения при производстве, хранении, применении и испытаниях нефтяных битумов.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО: методика измерений (анализа): национальный стандарт РФ ГОСТ 11506-73 и Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой специально приготовленную партию нефтяного битума, расфасованную в металлические чашки закрытые крышками.
Объем СО в чашке - 60 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО – температура размягчения по кольцу и шару, °С.

Индекс СО	Интервал допускаемых значений аттестуемой характеристики СО	Граница допускаемого значения абсолютной погрешности аттестуемой характеристики СО при $P = 0,95, \text{ } ^\circ\text{C}$
ТКИШ-1	от 33 до 44	$\pm 0,7$

Срок годности СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:
- Орган ГССО

Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО» (АНО НПО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа, Проспект Октября, 149

- Орган ГССО

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»» (ООО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа, Проспект Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО:
- Орган ГССО

Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО» (АНО НПО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа, Проспект Октября, 149

- Орган ГССО

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»» (ООО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа, Проспект Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов А.Х.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов Р.А.

2007