

Приложение к сертификату № 2228  
(обязательное)

### ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «НИИМ»  
С.В. Мельниковских  
« 14 » \_\_\_\_\_ 2007 г.  
МП



Стандартный образец  
температуры начала кристаллизации  
моторных топлив

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер  
ГСО 7350-96

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, на разработку ГСО температуры начала кристаллизации моторных топлив, утвержденное 23.06.1995 г. с изм. №1 утв. 29.11.1996 г и изм. №2 утв. 15.10.2001 г.  
Форма выпуска: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (ТК): партия № 2, дата выпуска - май 2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности методики выполнения измерений температуры начала кристаллизации моторных топлив.

Область применения - нефтеперерабатывающая и другие отрасли промышленности, связанные с использованием моторных топлив.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО на метод измерений (анализ): национальный стандарт РФ ГОСТ 5066-91 (Метод А). Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой углеводородное вещество нормального парафинового ряда: n-октан  $C_8H_{18}$  в стеклянной ампуле или во флаконе из темного стекла с уплотнительной пробкой и навинчивающейся крышкой.

Объем СО в упаковке - 30 см<sup>3</sup>.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Аттестуемая характеристика - температура начала кристаллизации.

Индикс СО	Интервал допускаемого значения аттестуемой характеристики СО, °С	Границы допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при P = 0,95, °С
ТК	от минус 53,0 до	минус 60,0 ± 1,0

Срок годности СО: 5 лет.

### РАЗРАБОТЧИКИ СО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»»  
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

Орган ГССО - Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»  
(ОАО «ВНИИ НП»)

111116, г. Москва,  
ул. Авиамоторная, 6

### ИЗГОТОВИТЕЛИ СО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»»  
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149


Орган ГССО - Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»»  
(ООО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

Генеральный директор  
АНО НПО «ИНТЕГРСО»,  
д.т.н.   
Мухамедзянов А.Х.

Генеральный директор  
ОАО «ВНИИ НП»,  
д.т.н.   
Галина Р.Г.



Исполнительный директор  
ООО «ИНТЕГРСО»  
  
Мухамедзянов Р.А.

