

Приложение к сертификату № 0926
(обязательное)
ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора ИИИИ
« 04 » 1997 г.
« 04 » 1997 г.
ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер 7087-93...7093-93



ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание на разработку государственных стандартных образцов пенетранции битумов, утвержденное 14 октября 1992 г.

НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартные образцы предназначены для контроля точности методик выполнения измерений глубины проникания иглы (пенетранции) нефтяных битумов. Область применения: нефтяной, газовый, химический и нефтеперерабатывающий промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО: на методы измерений (анализа): ГОСТ 11501-78, инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартные образцы представляют собой битумы нефтяные, упакованные в цилиндрические металлические нашки с крышками по семь типов ГСО в наборе. Расфасовка — 30 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика — глубина проникания иглы (пенетрация)

Индекс и номер СО	Интервал допустимых значений	Граничные допустимые значения абсолютной погрешности при $P = 0,95$, мм, не более	Температура измерения, °С
ГПН-1	от 0,50 до 2,00 мм	0,05	25
ГПН-2	от 2,00 до 4,00 мм	0,10	25
ГПН-3	от 6,00 до 9,00 мм	0,23	25
ГПН-4	от 9,00 до 13,00 мм	0,34	25
ГПН-5	от 13,00 до 19,00 мм	0,50	25
ГПН-6	от 19,00 до 22,00 мм	0,57	25
ГПН-8	от 3,00 до 4,00 мм	0,34	0

Срок годности экземпляра СО: 6 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО

Межотраслевая научно-производственная ассоциация метрологического обеспечения контроля качества нефтеперерабатывающей и нефтехимической продукции на основе стандартных образцов ИНТЕР СО

450062, г. Уфа,
ул. Космонавтов 1


ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СО

Межотраслевая научно-производственная ассоциация метрологического обеспечения контроля качества нефтеперерабатывающей и нефтехимической продукции на основе стандартных образцов ИНТЕР СО

450062, г. Уфа,
ул. Космонавтов 1

Президент ассоциации ИНТЕР СО,
д.т.н., профессор

Мухамедзянов А.Х.



Handwritten signature and stamp at the bottom left corner.