

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «ВНИИМ»

И.А.Е. Дюровинский



2004 г.

Стандартный образец
содержания шлочей в нефтепродуктах
(общее шлочное число)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО 6660-93

(ЩЧ-1)

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание от 20.05.1992 г. Изменение №1, утвержденное 20.10.2003 г.

Форма выпуска: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия №2, дата выпуска январь 2004 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности результатов испытаний общего шлочного числа в нефтепродуктах и смазочных материалах.

Область применения – нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО на методику измерений (анализа): ГОСТ 11362-96 и инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь углеводородов, упакованную в запаянной стеклянной ампуле.

Объем материала СО в ампуле 7 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Аттестуемая характеристика - общее шлочное число ЩЧ (КОН) - количество КОН в миллиграммах эквивалентное содержанию всех шлочных компонентов в 1 г испытуемого продукта

Индекс СО	Интервал допускаемого значения аттестуемой характеристики СО, (мг/г) % ₀₀	Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестуемого значения СО при P=0,95, (мг/г) % ₀₀
ЩЧ-1	от 3,5 до 4,0	0,07

Срок годности экземпляра СО: 6 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация "Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов "ИНТЕРССО" (АНО НПО "ИНТЕРССО")

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Орган ГССО - Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти (ОАО «ВНИИ НП»)

111116, г. Москва,
ул. Авиамоторная, 6

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация "Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов "ИНТЕРССО" (АНО НПО "ИНТЕРССО")

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО "ИНТЕРССО",
д.т.н., профессор

Мухамедзянов А.Х.



И.о. генерального директора
ОАО «ВНИИ НП»



Школьников В.М.

02.11.04