

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора ФГУП "УНИИМ"
И.Е. Добровинский
2004 г.
М.П.

Стандартный образец
зольности нефти и нефтепродуктов
ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(ЗЛ-2)
Регистрационный номер ГСО 8576-2004

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, на разработку государственного стандартного образца зольности нефти и нефтепродуктов, утвержденное 15.01.2003 г.

Форма выпуска: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия №1, дата выпуска май 2004 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности результатов испытаний зольности нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 1461-75 (ИСО 6245-82).

Область применения – нефтяная, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО: методика испытаний (анализа): ГОСТ 1461-75 (ИСО 6245-82).

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь жидких углеводородов.

Объем материала СО в флаконе 30 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – зольность.

Индекс СО	Интервалы допустимого значения аттестованной характеристики СО,	Единица измерения	Границы допустимых значений абсолютной погрешности аттестованного значения СО при P=0,95
ЗЛ-2	от 0,05 до 0,5	%	от 0,002 до 0,03

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО,
Орган ГССО

Автономная некоммерческая организация "Научно-производительное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов "ИНТЕГРСО"
(АНО НПО "ИНТЕГРСО")
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО,
Орган ГССО

Автономная некоммерческая организация "Научно-производительное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов "ИНТЕГРСО"
(АНО НПО "ИНТЕГРСО")
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО "ИНТЕГРСО",
д.т.н., профессор
Мухаметьянов А.Х.

