

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «НИИМ»
С.В. Мерзляевских

« 17 » 01 2007 г.



Стандартный образец
зольности нефти и нефтепродуктов

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(ЗЛ-1)

Регистрационный номер ГСО 8575-2004

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание на разработку ГСО зольности нефти и нефтепродуктов, утв. 15.01.2003 г. с изм. №1 утв. 28.10.2005 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (ЗЛ-1): партии №2, №3, №4, дата выпуска январь 2007 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности результатов испытаний зольности нефти и нефтепродуктов по национальному стандарту РФ ГОСТ 1461-75.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: нефтеперерабатывающая и другие отрасли промышленности, связанные с применением нефтепродуктов.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО: метод измерения (анализа) по национальному стандарту РФ ГОСТ 1461-75 (ИСО 6245-82), Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь жидких углеводородов в пропиленовом флаконе с навешивающейся крышечкой.
Объем экзепляра СО - 125 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО - зольность.

Индекс СО	Интервал допускаемых значений аттестуемой характеристики СО	Единица измерения	Граница допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованного значения СО при P = 0,95
ЗЛ-1	от 0,001 до 0,05	%	от 0,0007 до 0,002

Срок годности СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:
- Орган ГССО

Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО» (АНО НПО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Проспект Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО» (ООО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Проспект Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО:
- Орган ГССО

Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО» (АНО НПО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Проспект Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО» (ООО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Проспект Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов А.Х.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов Р.Д.