

Приложение к сертификату № 2956 (обязательное)

**ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО**

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «НИИМ»

И.Е. Добровинский



2004 г.

Стандартный образец  
детонационной стойкости  
бензинов (октанового числа)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(Оч-1(М))

Регистрационный номер ГСО 8518-2004

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утвержденное  
17.09.2003 г.

Форма выпуска: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия №1, дата выпуска-январь 2004г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контро-  
ля погрешности результатов испытаний детонационной стойкости бензинов по ГОСТ 511-82.  
Область применения: нефтяная, нефтеперерабатывающая и газовая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО на методику  
измерений (анализа): ГОСТ 511-82 и инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь жидких углеводородов, герме-  
тично упакованную в склянке из темного стекла с навинчивающейся крышкой.

Объем материала СО в склянке 500 см<sup>3</sup>.

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Аттестуемая характеристика – Детонационная стойкость бензинов (октановое число).

| Индекс СО | Интервал допускаемых значений аттестованной характеристики стики СО | Единица измерения | Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при Р=0,95 |
|-----------|---|-------------------|--|
| Оч-1 (М)  | 74 - 78   | Октановое число   | 0,5  |

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО,

Орган ГССО -

- Автономная Некоммерческая Организация "Научно-  
Производительное Объединение по метрологическому обеспечению  
контроля качества продукции на основе стандартных образцов  
"ИНТЕГРСО"  
(АНО НПО "ИНТЕГРСО")

450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

- Орган ГССО – Открытое акционерное общество «Всероссийский  
научно-исследовательский институт по переработке нефти»  
(ОАО ВНИИ НП)

111116, г. Москва,  
ул. Авиамоторная, 6

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО,  
Орган ГССО -

- Автономная Некоммерческая Организация "Научно-  
Производительное Объединение по метрологическому обеспечению  
контроля качества продукции на основе стандартных образцов  
"ИНТЕГРСО"  
(АНО НПО "ИНТЕГРСО")

450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

Генеральный директор  
АНО НПО "ИНТЕГРСО",  
д.т.н., профессор  
Мухамедзянов А.Х.

И.о. генерального директора  
ОАО «ВНИИ НП»,  
Николюнников В.М.

