

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП "УНИИМ"
И.Е. Добровинский
" 20 " 10 2003 г.

М.П.

Стандартный образец
кислотности
нефтепродуктов
(К-1)
ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 8428-2003

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утвержденное 05.10.2002 г.
Форма выпуска: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия 1, дата выпуска апрель 2003 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартные образцы предназначены для контроля точности методики определения кислотности нефтепродуктов. Область применения: нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО на методику измерений (англиз): ГОСТ 5985-79, Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартные образцы представляют углеводородные фракции, упакованные в стеклянные ампулы или флаконы из темного стекла с уплотнительными полистироловыми пробками закрытыми навинчивающимися крышками.
Объем материала СО в ампуле (флаконе) 60 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Аттестованная характеристика СО (К-1) – кислотность, в мгКОН/100см³.

Индекс СО	Интервал допускаемых значений аттестованной характеристики СО	Обозначение единицы физической величины	Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при P=0,95
К-1	от 0,2 до 1,0	мгКОН/100см ³	0,05

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО,
Орган ГССО

Автономная некоммерческая организация "Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов "ИНТЕГРО"
(АНО НПО "ИНТЕГРО")


450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО,
Орган ГССО

Автономная некоммерческая организация "Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов "ИНТЕГРО"
(АНО НПО "ИНТЕГРО")

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО "ИНТЕГРО"
д.т.н., профессор



Мухамедзянов А.Х.

2003