


Приложение к сертификату № 26335
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартный образец
температур текущей и застывания
нефтепродуктов

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(ТЗ-3) Регистрационный номер 8356-2003

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание на разработку ГСО
температур текущей и застывания нефтепродуктов ТЗ-3, ТЗ-4, утвержденное 15.06.2002 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторное производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия №1, дата выпуска февраль 2003 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля
погрешности методики выполнения измерений ручной температуры застывания
нефтепродуктов, а также для аттестации ручных и автоматических аппаратов для определения
температуры застывания нефтепродуктов.

Область применения: нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая
промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО на методы
измерений (анализа): ГОСТ 20287-91, ASTM D 97-96 и Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой очищенную нефтяную масляную
фракцию, упакованную в запаянную стеклянную ампулу или склянку из темного стекла с
уплотнительной полиэтиленовой пробкой с навинчивающейся крышкой.
Объем образца СО в ампуле (склянке) - 50 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО - температура текущей и температура застывания.

Индикс СО	Интервал допускаемого значения аттестованной характеристики СО, °С	Граница допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при $P = 0,95, 0^{\circ}\text{C}$		
			температура текущей	температура застывания
ТЗ-3	от - 7 до - 17	2,0	от - 10	до - 20
			2,0	

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО,
орган ГССО

Автономная некоммерческая организация "Научно-производственное
объединение по метрологическому обеспечению контроля качества
продукции на основе стандартных образцов
АНО НПО "ИНТЕГРСО"

450075, г. Уфа,
Проспект Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО,
орган ГССО

Автономная некоммерческая организация "Научно-производственное
объединение по метрологическому обеспечению контроля качества
продукции на основе стандартных образцов
АНО НПО "ИНТЕГРСО"

450075, г. Уфа,
Проспект Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО "ИНТЕГРСО"
д.т.н., профессор

Мухамедзянов А.Х.

03/21