


Приложение к сертификату № 2320
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «НИИМ»
С.В. Мельвельских



(ХС-2)

Регистрационный номер
ГСО 8184-2002

Стандартный образец
массовой концентрации
хлористых солей в нефти

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, на разработку ГСО
массовой концентрации хлористых солей в нефти, утвержденное 15.01.02 г., с изм. №1 утв.
20.10.2005 г.
Форма выпуска: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (ХС-2): партия №2, №3; дата выпуска - 07.2006 г.
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для
контроля погрешности метода определения массовой концентрации хлористых солей в нефти.
Область применения – нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая и другие отрасли
промышленности, связанные с контролем качества нефти.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СО на метод измерений (анализ): национальный стандарт РФ ГОСТ 21534-76 (Метод А),
Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой водно-спиртовой раствор хлоридов
натрия, кальция, магния, диспергированного нефтяного масла и толстола в стеклянной ампуле.

Объем экземпляра СО в ампуле – 110 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Аттестуемая характеристика – массовая концентрация хлористых солей, в мг/дм³.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Интервал допусковых аттестованных значений СО	Границы допусковых значений абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при P = 0,95
ХС-2	Массовая концентрация хлористых солей	7 ... 15	± 0,75

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»» (АНО НПО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»» (ООО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»» (АНО НПО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»» (ООО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»
Мухамедзянов А.Х.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»
Мухамедзянов Р.А.

23/1