

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО  
Зам. директора Головного органа ГССО  
С.В. Медведских  
«1» \_\_\_\_\_ 2006 г.

М.П.

Стандартный образец массовой доли серы  
в нефти и нефтепродуктах

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(СРФБ-7)

Регистрационный номер  
ГСО 8166-2002

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание, утвержденное 04.06.2001.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности МВИ массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах по ASTM D 4294-2004, национальному стандарту РФ ГОСТ Р 51947-2002.  
Область применения - нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО: на методы измерений (анализа) ASTM D 4294-2004, национальному стандарту РФ ГОСТ Р 51947-2002, инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь дибутилсульфида и масла вязе-динового медицинское, расфасованную в ампулу или стеклянный флакон с навинчивающейся крышечкой.

Объем смеси СО в ампуле (флаконе) 5 (15) см<sup>3</sup>.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика — массовая доля серы в процентах

Интервал	Границы допустимых значений
Индекс допустимых значений аттестованной СО, %	абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при $P = 0,95$ , %
СРФБ-7 от 2.800 до 3.200	0,050

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО

Орган ГССО: Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО» (АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

Орган ГССО: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП»)

111116, г. Москва,  
ул. Авиамоторная 6

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО:

Орган ГССО Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО» (АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО» (ООО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

Генеральный директор  
АНО НПО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов А.Х.

Генеральный директор  
ОАО «ВНИИ НП»

Галиев Р.Г.

Исполнительный директор  
ООО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов Р.А.