

ОПИСАНИЕ ТИПА СО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора Головного органа ГССО
С.В. Мельвелевских

« 11 » 09 2006 г.

М.П.

Стандартный образец массовой доли серы
в нефти и нефтепродуктах
ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ СО

(СРФБ-5)
Регистрационный номер
СО 8164-2002

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание, утвержденное 04.06.2001

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контро-
ля погрешности МВИ массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах по ASTM D 4294-2004,
национальному стандарту РФ ГОСТ Р 51947-2002.

Область применения - нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая промышлен-
ности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО: на методы
измерений (анализа) ASTM D 4294-2004, национальному стандарту РФ ГОСТ Р 51947-2002, ин-
струкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь дибутилсульфида и масла вазе-
линового медицинского, расфасованную в ампулу или стеклянный флакон с навинчивающейся
крышкой.

Объем смеси СО в ампуле (флаконе) 5 (15) см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля серы в процентах

Индекс СО	Интервал допускаемых значений аттесто- ванной характеристики СО, %	Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при P = 0,95, %
СРФБ-5	от 0,800 до 1,200	0,030

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО


Орган ГССО: некоммерческая организация «Научно-
Автономная ответственное объединение по метрологическому обеспечению
производительное объединение по метрологическому обеспечению
контроля качества продукции на основе стандартных образцов
«ИНТЕГРСО»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Орган ГССО: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-
исследовательский институт по переработке нефти»
(ОАО «ВНИИ НП»)
111116, г. Москва,
ул. Авиамоторная 6

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО

Орган ГССО: Автономная некоммерческая организация «Научно-
производительное объединение по метрологическому обеспечению
контроля качества продукции на основе стандартных образцов
«ИНТЕГРСО»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый
центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»
(ООО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»

Мухаметзянов А.Х.

Генеральный директор
ОАО «ВНИИ НП»

Галиев Р.Т.



Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»

Мухаметзянов Р.А.

