

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора Головного органа ГССО

С.В. Медведевских

« 17 » 06 2006 г.

М.П.

Стандартный образец массовой доли серы
в нефти и нефтепродуктах

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(СРФБ-4)

Регистрационный номер
ГСО 8163-2002

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание, утвержденное 04.06.2001.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля
погрешности МВИ массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах по ASTM D 4294-2004,
национальному стандарту РФ ГОСТ Р 51947-2002.

Область применения - нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая промышлен-
ности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения ГСО: на методы
измерений (анализа) ASTM D 4294-2004, национальному стандарту РФ ГОСТ Р 51947-2002, ин-
струкция по применению ГСО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь дробитилсульфида и масла вазе-
линового медицинского, расфасованную в ампулу или стеклянный флакон с навешивающейся
крышкой.

Объем смеси ГСО в ампуле (флаконе) 5 (15) см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля серы в процентах

Интервал СО	допускаемых значений аттесто- ванной характеристики СО, %	Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при P = 0,95, %
СРФБ-4	от 0,400 до 0,500	0,020

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО

Орган ГССО: некоммерческая организация «Научно-
Автоматизированная производственное объединение по метрологическому обеспечению
контроля качества продукции на основе стандартных образцов
«ИНТЕГРСО»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Орган ГССО:
Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-
исследовательский институт по переработке нефти
(ОАО «ВНИИ НП»)

111116, г. Москва,
ул. Авиамоторная 6

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО

Орган ГССО:
Автоматизированная некоммерческая организация «Научно-
производственное объединение по метрологическому обеспечению
контроля качества продукции на основе стандартных образцов
«ИНТЕГРСО»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый
центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»
(ООО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов А.Х.

Генеральный директор
ОАО «ВНИИ НП»

Галиев Р.Г.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов Р.А.

