

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора Головного органа ГССО  
С.В. Медведевских

«15» «04» 2006 г.

М.П.

Стандартный образец массовой доли серы  
в нефти и нефтепродуктах  
ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(СРФБ-3)  
Регистрационный номер  
ГСО 8162-2002

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание, утвержденное 04.06.2001.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности МВИ массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах по ASTM D 4294-2004, национальному стандарту РФ ГОСТ Р 51947-2002.

Область применения - нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения ГСО: на методы измерений (анализа) ASTM D 4294-2004, национальному стандарту РФ ГОСТ Р 51947-2002, инструкции по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь дибутилсеульфиды и масла вагелинового медицинское, расфасованную в ампулу или стеклянный флакон с навешивающейся крышечкой.  
Объем смеси СО в ампуле (флаконе) 5 (15) см<sup>3</sup>.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля серы в процентах

Интервал Индекс СО	Допускаемых значений аттестованной характеристики СО, %	Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при P = 0,95, %
СРФБ-3	от 0,080 до 0,120	0,006

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО

Орган ГССО: некоммерческая организация «Научно-автономная объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»  
(АНО НПО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

Орган ГССО: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти (ОАО «ВНИИ НП») 111116, г. Москва, Ул. Авиамоторная 6

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО


Орган ГССО: Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»  
(АНО НПО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»  
(ООО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

Генеральный директор  
АНО НПО «ИНТЕГРСО»  
Мухамедзянов А.Х.



Генеральный директор  
ОАО «ВНИИ НП»  
Галиев Р.Г.



Исполнитель директор  
ООО «ИНТЕГРСО»  
Мухамедзянов Р.А.

