

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора Главного органа ГССО
С.В. Меглевских

« 11 » 01 2006 г.

М.П.

Стандартный образец массовой доли серы
в нефти и нефтепродуктах

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(СРФБ-2)

Регистрационный номер
ГСО 8161-2002

Выпускается по НД: Техническое задание, утвержденное 04.06.2001.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности МВИ массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах по ASTM D 4294-2004, национальному стандарту РФ ГОСТ Р 51947-2002.

Область применения - нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения ГСО: на методы измерений (анализа) ASTM D 4294-2004, национальному стандарту РФ ГОСТ Р 51947-2002, инструкции по применению ГСО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь дибутилсульфида и масла вазелинового медицинского, расфасованную в ампулу или стеклянный флакон с навинчивающейся крышечкой.

Объем смеси ГСО в ампуле (флаконе) 5 (15) см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика - массовая доля серы в процентах

Индекс ГСО	Интервал допустимых значений аттестованной характеристики ГСО, %	Границы допустимых значений абсолютной погрешности аттестованной характеристики ГСО при $P = 0,95$, %
СРФБ-2	от 0,040 до 0,060	0,004

Срок годности экземпляра ГСО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ ГСО

Орган ГССО: некоммерческая организация «Научно-Автономная объединение по метрологическому обеспечению производства качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО» (АНО ИПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Орган ГССО: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти (ОАО «ВНИИ НП»)

111116, г. Москва,
ул. Авиамоторная 6

ИЗГОТОВИТЕЛИ ГСО

Орган ГССО: Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО» (АНО ИПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО» (ООО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО ИПО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов А.Х.

Генеральный директор
ОАО «ВНИИ НП»

Галиев Р.Г.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов Р.А.

