

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО  
Зам. директора Главного органа ГССО  
С.В. Медведевских  
« 13 » \_\_\_\_\_ 2006 г.

М.П.

Стандартный образец массовой доли серы  
в нефти и нефтепродуктах  
ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(СРФБ-1)  
Регистрационный номер  
ГСО 8160-2002

ВыПУСКАЕТСЯ ПО ИД: Техническое задание, утвержденное 04.06.2001.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности МВИ массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах по ASTM D 4294-2004, национальному стандарту РФ ГОСТ Р 51947-2002.

Область применения - нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО: на методы измерений (английца) ASTM D 4294-2004, национальному стандарту РФ ГОСТ Р 51947-2002, инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь дибутилсульфида и масла вазелинового медицинского, расфасованную в ампулу или стеклянный флакон с навешивающейся крышечкой.

Объем смеси СО в ампуле (флаконе) 5 (15) см<sup>3</sup>.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля серы в процентах

Индекс СО	Интервал допускарных значений аттестованной характеристики СО, %	Границы допускарных значений абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при P = 0,95, %
СРФБ-1	от 0,015 до 0,030	0,003

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО

Орган ГССО: некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕРГССО»  
(АНО ИПО «ИНТЕРГССО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

Орган ГССО: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти (ОАО «ВНИИ НП») 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная 6

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО

Орган ГССО: Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕРГССО»  
(АНО ИПО «ИНТЕРГССО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕРГССО» (ООО «ИНТЕРГССО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

Генеральный директор  
АНО ИПО «ИНТЕРГССО»

Мухамедзянов А.Х.

Генеральный директор  
ОАО «ВНИИ НП»

Галиев Р.Г.

Исполнительный директор  
ООО «ИНТЕРГССО»

Мухамедзянов Р.А.