

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»
С.В.Медведевских
2007 г.
«13» 04
М.П.

Стандартный образец
температуры вспышки в закрытом тигле
(углеводороды)

ТЭТ-6

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер
ГСО 8159-2002

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание на разработку государственных стандартных образцов температуры вспышки в закрытом тигле (углеводороды). УТВ. 15.09.2001 г. с изм.№1. УТВ. 05.01.2005 г., с изм.№2. УТВ. 15.12.2006 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторяющееся производство
НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: ТЭТ-6, партия №2, дата выпуска октябрь 2005 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля точности методики выполнения измерений температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - предприятия нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической отраслей промышленности и другие производства, использующие методы контроля температуры вспышки при производстве, хранении и применении нефтепродуктов.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО: методы измерений (анализа): национальный стандарт РФ ГОСТ 6356-75, АСТМ Д 93, Инструкция по применению ГСО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой очищенную дистиллятную маслянистую фракцию, расфасованную в стеклянную ампулу или флакон с навешивающейся крышечкой. Объем ГСО в ампуле (флаконе) - 85 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика - температура вспышки в закрытом тигле.

Индекс ГСО	Интервал допустимых значений аттестуемой характеристики ГСО, °С	Граница допустимого значения абсолютной погрешности аттестованной характеристики ГСО при P = 0,95, °С
ТЭТ-6	от 130 до 200	± 2

Срок годности ГСО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИК ГСО:


Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГСО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

- Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»
(ООО «ИНТЕГРСО») 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»,
д.т.н., профессор


Мухамедзянов А.Х.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»



Мухамедзянов Р.А.

Хол