

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП "УНИИМ" _____ И.Е. Добровинский
" 23 " 04 _____ 2004 г.

МП.

Стандартный образец
коксуемости нефтепродуктов

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(КК-2)

Регистрационный номер ГСО 8070-94

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание от 15.06.1994 г. Изменение №1, утвержденное 05.03.2003 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия №2, дата выпуска март 2004 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности результатов испытаний коксуемости нефтепродуктов по ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО на методику измерений (анализа): ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93) и инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой нефтяное масло, расфасованное в ампуле или флаконе.

Объем материала СО в ампуле (флаконе) 20 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Аттестуемая характеристика – коксуемость (массовая доля коксового остатка).

Индекс СО	Интервал допустимого значения аттестованной характеристики СО	Длина измерения	Границы допустимых значений абсолютной погрешности аттестованного значения СО при P=0,95
КК-2	от 0,10 до 0,30	%	0,03

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация "Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов "ИНТЕГРСО"
(АНО ИПО "ИНТЕГРСО")

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация "Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов "ИНТЕГРСО"
(АНО ИПО "ИНТЕГРСО")

Генеральный директор
АНО ИПО "ИНТЕГРСО",
д.т.н., профессор _____ Мухамедзянов А.Х.

