


Приложение к сертификату № 3393  
(обязательное)  
**ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО**

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»  
С.В. Мельяевских  
" 31 " \_\_\_\_\_ 2006 г.



Стандартный образец  
пределной температуры фильтруемости  
дизельных топлив на холодном фильтре  
(ПТФ ДТ-2)

Внесен в Государственный Реестр  
Утвержденных Типов ГСО  
Регистрационный номер  
ГСО 8803-2006

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание на разработку ГСО  
пределной температуры фильтруемости дизельных топлив на холодном фильтре, утвержденное  
01.10.2005 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторное прозводство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (ПТФ ДТ-2): партия №1, дата выпуска - май 2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля  
погрешности методики выполнения измерений предельной температуры фильтруемости  
дизельных топлив на холодном фильтре.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ – нефтеперерабатывающая и другие отрасли промышленности,  
связанные с использованием дизельных топлив.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО  
НА МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ (АНАЛИЗА): национальный стандарт РФ ГОСТ 22254-92,  
инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой дистиллятную фракцию дизельного  
топлива во флаконе из темного стекла с уплотнительной пробкой и навинчивающейся крышечкой.  
Объем экземпляра СО в флаконе – 60 см<sup>3</sup>.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – предельная температура фильтруемости на холодном фильтре в  
градусах Цельсия.

Интервал значений аттестуемой характеристики СО, °С	Границы допустимых значений абсолютной погрешности аттестованных характеристик СО при P = 0,95, °С
ПТФ ДТ-2 Партия №1	от минус 20 до минус 40 ± 1,5

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

**РАЗРАБОТЧИКИ СО**

Орган ГССО -

Автономная некоммерческая организация «Научно-  
производственное объединение по метрологическому обеспечению  
контроля качества продукции на основе стандартных образцов  
«ИНТЕГРСО»»  
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)  
450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый  
центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»»  
(ООО «ИНТЕГРСО»)  
450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

**ИЗГОТОВИТЕЛИ СО**

Орган ГССО -

Автономная некоммерческая организация «Научно-  
производственное объединение по метрологическому обеспечению  
контроля качества продукции на основе стандартных образцов  
«ИНТЕГРСО»»  
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)  
450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый  
центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»»  
(ООО «ИНТЕГРСО»)  
450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

Генеральный директор  
АНО НПО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов А.Х.

Исполнительный директор  
ООО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов Р.А.