


**ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО**

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «НИИИМ»

С.В. Медведских  
" 31 " \_\_\_\_\_ 2006 г.



ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер

**ГСО 8802-2006**

**Стандартный образец  
предельной температуры фильтруемости  
дизельных топлив на холодном фильтре**

(ПТФ ДТ-1)

**НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО:** Техническое задание на разработку ГСО предельной температуры фильтруемости дизельных топлив на холодном фильтре, утвержденное 01.10.2005 г.

**ФОРМА ВЫПУСКА:** единичное повторяющееся производство.

**НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (ПТФ ДТ-1):** партия №1, дата выпуска - май 2006 г.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Стандартный образец предназначен для контроля погрешности методики выполнения измерений предельной температуры фильтруемости дизельных топлив на холодном фильтре.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** – нефтеперерабатывающая и другие отрасли промышленности, связанные с использованием дизельных топлив.

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО НА МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ (АНАЛИЗА):** национальный стандарт РФ ГОСТ 22254-92, инструкция по применению СО.

**ОПИСАНИЕ:** Стандартный образец представляет собой дистиллятную фракцию дизельного топлива во флаконе из темного стекла с уплотнительной пробкой и навинчивающейся крышкой. Объем экземпляра СО в флаконе – 60 см<sup>3</sup>.

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Аттестуемая характеристика – предельная температура фильтруемости на холодном фильтре в градусах Цельсия.

Индекс СО	Интервалы допускаемых значений аттестуемой характеристики СО, °С	Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованных характеристик СО при P = 0.95, °С
ПТФ ДТ-1 Партия №1	от 0 до Минус 20	± 1,5

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

**РАЗРАБОТЧИКИ СО**

Орган ГССО -

- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»»  
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»»  
(ООО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

**ИЗГОТОВИТЕЛИ СО**


Орган ГССО-

- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»»  
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»»  
(ООО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,  
Пр. Октября, 149



Генеральный директор  
АНО НПО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов А.Х.



Исполнительный директор  
ООО «ИНТЕГРСО»

Мухамедзянов Р.А.

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.