

**Республиканское унитарное предприятие «Брестский центр
стандартизации, метрологии и сертификации»**

ул. Кижеватова, 10/1, г. Брест, 224001, тел: 580-873, факс: 580-871,
эл. почта: csm@brest.by, сайт: http://csm.brest.by

(полное наименование, место нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта
уполномоченного юридического лица, проводившего аттестацию методики (метода) измерений)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 008/2021 от 17 декабря 2021 г.

Методика (метод) измерений сахаристости сахарной свеклы на автоматизированной
линии «BETALYSER»

наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы измерений); объект измерений;

диапазон измерения сахаристости сахарной свеклы от 0 % до 33 % массовой доли

диапазон измерений

Диапазон измерения, % м.д.	Относительное стандартное отклонение повторяемости σ_r , %	Предел повторяемости r , % (отн)	Относительное стандартное отклонение промежуточной прецизионности, σ_R , %	Предел промежуточной прецизионности, R , % (отн)	Расширенная неопределенность U для $P=0,95$, % (отн)
от 0 до 33	5,0	15,0	5,0	15,0	10,0

Проверка показателей точности методики измерений проводилась расчетным методом.

показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на обратной стороне свидетельства); указание способа установления показателей точности результатов измерения при аттестации

разработанная ОАО «Жабинковский сахарный завод», 225102, г.Жабинка, Брестская область
(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная АМИ.БР 0008-2021 «Количественное определение сахаристости сахарной свеклы на автоматической линии «BETALYSER»
(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Зам.директора по метрологии
(должность руководителя
уполномоченного юридического лица)



С.В.Осипова
(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

17 декабря 2021 г.
Серия БР № 008
(серия и порядковый номер)