



Республиканское унитарное предприятие  
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»  
(БелГИМ)

Старовиленский тракт 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь,  
Тел.: +375 17 374-55-01, Факс: +375 17 244-99-38, E-mail: info@belgim.by, www.belgim.by

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 031/2022 от 04 мая 2022 г.

Методика (метод) измерений высоты шрифта и междустрочных интервалов предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачных никотиносодержащих изделий орального способа потребления, а также высоты белого фона, выделенного для надписи, и высоты лицевой стороны потребительской упаковки с последующим определением отношения их величин с показателями точности, приведенными в приложении на оборотной стороне свидетельства, установленными в результате проведения экспериментальных исследований,

(наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы величин); объект измерений; диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на оборотной стороне свидетельства); указание способа установления показателей точности результатов измерений при аттестации)

разработанная: БелГИМ (Старовиленский тр., 93, 220053, г. Минск),

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная в АМИ.МН 0055-2022 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачных никотиносодержащих изделий орального способа потребления. Методика измерений»,

обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Директор

(должность руководителя уполномоченного юридического лица)



(подпись)

В.Л. Гуревич

(инициалы, фамилия)

Дата выдачи свидетельства об аттестации  
методики (метода) измерений

04 мая 2022 г.

Серия МН № 0056



Приложение к свидетельству  
об аттестации № 031/2022 от 04 мая 2022 г.

Рабочие характеристики, включая показатели точности измерений, методики  
(метода) измерений

Наименование измеряемой величины	Диапазон измерений, мм	Расширенная неопределенность $U$ ( $P = 95\%$ , $k = 2$ ), мм, не более
Высота шрифта	От 0 до 20 вкл.	0,2
Междустрочный интервал		
Высота белого фона, выделенного для надписи	От 0 до 150 вкл.	0,7
Высота лицевой стороны потребительской упаковки		

Начальник ПИО измерений  
геометрических величин



В.Б.Макаревич